



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
**GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA**

Il Dirigente
Settore Appalti e Contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusania
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Ref. Dott.ssa Francesca Stefanini
mail:francesca.stefanini@ospedalimarc
henord.it

Pesaro, li 10/07/2017

Oggetto: GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ENDOSCOPICI PER LAPAROSCOPIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI AI BLOCCHI OPERATORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI "SAN SALVATORE" DI PESARO E "SANTA CROCE" DI FANO DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD".
CHIARIMENTI.

Ai sensi del punto 10 si comunica che i costi sostenuti da questa Azienda per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI sono pari ad € 2.518,40.

Si segnala alla voce ID 64 del Lotto 3 in riferimento al documento "allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico revisione 10.7.2017" è richiesto Sistema Compatto su Carrello- voce PRE. Si evidenzia che è da intendersi la fornitura di un sistema ecografico trasportabile su carrello di ridotte dimensioni. Tale caratteristica si conferma essere Preferenziale.

Si forniscono i seguenti chiarimenti alle richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dalla documentazione di gara:

- 1) Facendo riferimento al Documento "Capitolato Descrittivo Prestazionale" si chiede di specificare il quantitativo dei videocolonscopi richiesti nella presente procedura di gara in quanto in due punti differenti del medesimo documento viene richiesto quanto segue:

a) Pag 4/15: 1.2 Caratteristiche generali della fornitura

1.2.1 Oggetto della fornitura

Tabella lotto 3-N.5 Videocolonscopi

Si conferma quanto riportato nel documento "Capitolato tecnico prestazionale complessivo LOTTO123 revisione 10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

b) Pag. 10/15: 2.1.2.3 LOTTO 3

Tabella sistemi offerti – N.6 Videocolonscopi

Si conferma tale dato. Si veda quanto riportato nel documento Capitolato tecnico prestazionale complessivo LOTTO123 revisione 10.7.2017.

- 2) Facendo riferimento ai Documenti e alle voci sotto elencate si chiede di eliminarle in quanto refuso da altri documenti; tali apparecchiature e/o specifiche sono da intendersi inerenti a sistemi chirurgici e non dedicati a reparti di endoscopia digestiva flessibile:

a) Documento "Capitolato Descrittivo Prestazionale" pag.10/15, Punto 2.1.2.3 LOTTO 3 si chiede di eliminare Telecamera Full HD, tale prodotto inoltre non viene richiesto né al Par.1.2.1 "Oggetto della fornitura", né nel rispettivo "allegato n1 Lotto3 Specifiche Tecniche Questionario Tecnico v01."

Si conferma quanto riportato nel documento "Capitolato tecnico prestazionale complessivo LOTTO123 revisione 10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- b) Documento *“Allegato_n1_Lotto3_Specifiche_Tecniche_Questionario_Tecnico_v01.”* Si chiede di eliminare i punti di seguito elencati in quanto relativi alla Telecamera Full HD, prodotto non richiesto dal presente Capitolato di gara:

ID74 – A01: Videoprocessore – Remotizzazione su telecamera della funzione di bilanciamento del bianco – MIN

ID90 – A02: Fonte luce – intensità luminosa regolabile con controllo remoto da telecamera – PRE

ID91 – A02: Fonte luce – Intensità luminosa regolabile automaticamente anche con controllo remoto da telecamera – PRE

Si conferma quanto riportato nel documento “allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

- 3) Facendo riferimento ai Documenti e alle voci sotto elencate si chiede di eliminare in quanto refuso da altri documenti; tali apparecchiature e/o specifiche sono da intendersi inerenti a sistemi chirurgici e identificativi di un'unica Azienda ed in ogni caso non applicabili a reparti di endoscopia digestiva flessibile:

- 1) Documento *“Allegato_n1_Lotto3_Specifiche_Tecniche_Questionario_Tecnico_v01.”*:

ID25 – A01 : Monitor Principale – Risoluzione UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID30 – A01: Monitor Principale – Ingressi Digitali UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID33 – A01: Monitor Principale – Uscite Digitali UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID43 – A01: Monitor Secondario – Risoluzione UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID48 – A01 : Monitor Secondario – Ingressi Digitali UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID51 – A01: Monitor Secondario – Uscite Digitali UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID69 - A01: Videoprocessore – Elaborazione dell'immagine UHD 4K 3840X2160 – PRE

ID80 – A01 : Videoprocessore –Uscite Digitali UHD 4K 3840X2160 – PRE

Si conferma quanto riportato nel documento “allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

- 4) Facendo riferimento ai Documenti e alle voci sotto elencate si chiede di eliminarle in quanto refuso da altri documenti; tali apparecchiature e/o specifiche sono da intendersi inerenti a sistemi chirurgici e non dedicati a reparti di endoscopia digestiva flessibile:

- a) Documento *“Allegato_n1_Lotto3_Specifiche_Tecniche_Questionario_Tecnico_v01.”*

ID99 – A03: Insufflatore – Pressione addominale regolabile – PRE

ID100 – A03: Insufflatore – Preset ottimizzati per procedure chirurgiche – PRE

ID102 – A03: Insufflatore – Interfaccia touchscreen per la gestione dei parametri di funzionamento – PRE

ID142 – A03 : Isuflatore – Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor –MIN (si evidenzia errore di riferimento ID; rif ID104)

ID107 – A03: Pompa di irrigazione – Pulsanti per impostazione parametri di irrigazione – MIN

ID108 – A03: Pompa di irrigazione – Sistema di controllo per evitare sovrappressioni – PRE

ID109 – A03: Pompa di irrigazione – Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor – PRE

Si conferma quanto riportato nel documento “allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

- 5) In riferimento al Doc. *“ Allegato_n1_Lotto3_Specifiche_Tecniche_Questionario_Tecnico_v01.”* ed alla richiesta di n°1 Videoenteroscopia si chiede, al fine di garantire una più ampia partecipazione delle aziende, di modificare le richieste di Minima (MIN) a pena esclusione sotto riportate in quanto identificative di un'unica tecnica endoscopica e di considerare in offerta anche differenti metodologie giustificate da letteratura clinica:

- a) ID179 – B : Videoenteroscopia – Strumentario monopallone – MIN

- b) Si chiede inoltre di eliminare il punto: ID182 – B: Videoenteroscopia – Canale di lavaggio supplementare – MIN, in quanto per tale tipologia di prodotto non è prevista tale specifica.

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- 6) In riferimento al Doc. " *Allegato n1_Lotto3_Specifiche Tecniche_Questionario Tecnico_v01.*" ed alla richiesta di n°1 Videocagogastroscoopia lineare si richiede al fine di garantire una maggiore partecipazione delle aziende di modificare la richiesta ID198 – B come segue : ID198 – B Videocagogastroscoopia lineare _ Angolo di scansione US minimo 150°, oppure alternativamente di considerare tale richiesta come preferenziale (PRE)

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- 7) Per meglio soddisfare le esigenze e le modalità d'uso del reparto di Endoscopia Digestiva si chiede si meglio specificare per ciascuna tipologia di strumento sotto menzionata la lunghezza operativa preferita:

a) ID157 – B :Videocolonscoopia (1330 mm, 1520 mm oppure 1670mm)

b) ID167 – B :Videocolonscoopia slim (1330 mm oppure 1670mm)

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si specificano i dettagli di ciascuna tipologia di strumento nella colonna EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta);

- 8) Avendo inteso come capitolato quanto segue: "L'offerente dovrà inserire all'interno dell'offerta il costo di tutti gli eventuali connettori, adattatori e/o tubi necessari per la connessione degli strumenti alle varie tecnologie oggetto della fornitura, nulla escluso. Per tutta la durata della garanzia si terranno ricompresi tutti i costi relativi alla sostituzione di eventuali elementi di interconnessione, connettori e raccordi tra endoscopi e attrezzature fornite. Tali costi sono ritenuti inclusi nell'importo a base d'asta"; si specifica quindi che non si considerano inclusi in offerta gli adattatori alla macchine lavaendoscopi (in quanto non oggetto della fornitura).

Si chiedono però indicazioni in merito alla Marca e Modello per poter affrontare la DEMO di gara prevista

Si conferma quanto segue:

- NON SONO RICHIESTI IN FORNITURA GLI ADATTATORI DELLE LAVAENDOSCOPI;
- MARCA STEELCO, MODELLO EW1.

- 9) Per meglio stimare quantità e costi del materiale Usurabile, che la Ditta offerente si prenderà carico di sostenere durante il periodo della fornitura, si chiede di specificare indicativamente il numero annuo delle procedure per le seguenti tipologie di esame: n° esami ecografici, n° esami con utilizzo di CO2, n° ERCP E n° di Eteroscoopia.

Si dichiara quanto segue:

- n.esami totali= 7.500 circa;
- n.esami ecografici=250 circa;
- n.esami con utilizzo CO2=(dato non fruibile);
- n.ERCP=260 circa;
- n.Enteroscoopia= 12 circa.

- 10) Per quanto concerne il Documento "Disciplinare di gara" e la dicitura a pag. 9 " Fra i criteri di valutazione è prevista la prova clinica dei sistemi offerti; pertanto si comunica sin d'ora che i concorrenti dovranno rendersi disponibili, su espressa richiesta di questa Azienda con preavviso minimo di 48 ore, ad effettuare tale prova nel seguente periodo: dal 24/07/ al 11/08/2017."

Si chiede allo Spett.le Ente di fornire alle Ditte concorrenti almeno un preavviso di 5gg lavorativi per poter consegnare le apparecchiature oggetto gara.

Pur tenendo in considerazione tale richiesta, stante l'urgenza di concludere la procedura di gara di cui all'oggetto, non si esclude l'ipotesi di poter assegnare un preavviso minimo di sole 48 ore per la consegna delle apparecchiature.

11) Per quanto concerne il Documento “Allegato n2_Lotto3_sinossi_dei_documenti_di_offerta-progetto_v1.0” si chiede quanto segue:

- a) di confermare che per “fogli singoli” si intenda 2 facciate per ogni foglio;
- b) di confermare che i questionari richiesti non siano da considerarsi nel computo totale delle pagine

Si conferma quanto segue:

- a) per “fogli singoli” si intende 2 facciate per ogni foglio;
- b) che i questionari richiesti non siano da considerarsi nel computo totale delle pagine.

12) Essendo l'oggetto della presente procedura il seguente: “ GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ENDOSCOPICI PER LAPAROSCOPIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI AI BLOCCHI OPERATORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI “SAN SALVATORE” DI PESARO E “SANTA CROCE” DI FANO DELL’AZIENDA ASPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”, si chiede per il Lotto3, di specificare il luogo di destinazione del Sistema per endoscopia flessibile richiesto

Si dichiara che il luogo di destinazione del Sistema per Endoscopia flessibile sarà il Polo Endoscopico Chirurgico del PO di Pesaro dell’Azienda Ospedaliera AORMN.

13) Per consentire di allargare la partecipazione alla gara in oggetto, a vantaggio anche di codesto spett.le Ente, si richiede di correggere le seguenti “caratteristiche tecniche di minima pena esclusione” indicate nell’ ALLEGATO 1 LOTTO 3 – Specifiche Tecniche _ Questionario tecnico, come sotto indicato:

- ID 151 B : diametro del tubo di inserzione $\leq 13,2$ mm **al posto dei 13 mm indicati**
- ID 180 B: diametro del tubo di inserzione ≤ 13.2 mm **al posto dei 10 mm indicati**
- ID 186 B : lunghezza operativa ≥ 1700 mm **al posto dei 1800 mm con monopallone indicati**
- ID 198 B : angolo scansione 120° **al posto dei 180° indicati**
- ID 209 B : movimento up/ down (°) 120-60 **al posto di 120-90 indicati**
- ID 210 B: movimento left / right (°) 60-60 **al posto di 90-90 indicati**

Si conferma quanto riportato nel documento “allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

14) Inoltre, anche se indicate come preferenziali, altre caratteristiche (ad esempio videoprocessore UHD 4K e relativa telecamera), identificano di fatto prodotti fornibili da una sola Azienda. Per tali caratteristiche si richiede quindi di esplicitare meglio quale punteggio massimo può essere assegnato per ogni singola voce riportata nel questionario tecnico al fine di consentire l’adeguato dimensionamento dell’offerta

Si dettaglia quanto riportato nel documento “allegato n3 Lotto3 - criteri di valutazione v01 Rettifica10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

Si dettaglia quanto riportato nel documento “allegato n3 Lotto2 - criteri di valutazione v01 Rettifica10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

Si dettaglia quanto riportato nel documento “allegato n3 Lotto1 - criteri di valutazione v01 Rettifica10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

15) Si chiede di specificare il numero esatto dei Videocolonscopi richiesti nel lotto3 in quanto a pag. 4 del Capitolato descrittivo prestazionale vengono richiesti N°5 Videocolonscopi (standard) mentre a pag. 10 del medesimo ne vengono indicati 6.

Si conferma quanto riportato nel documento “Capitolato tecnico prestazionale_complessivo_LOTTO123_revisione_10.7.2017”, (si veda quanto evidenziato).

- 16) Si chiede di specificare nel dettaglio quali servizi devono essere inclusi nella garanzia full risk per i primi 24 mesi e se tali servizi devono essere compresi nel totale della fornitura quindi senza alcun onere da parte del vostro rispettabile Ente in quanto, nell'Allegato 1, alcuni servizi vengono identificati come preferenziali e non come di minima.

Si conferma quanto specificato nel documento "allegato n4 Lotto3- Disciplinare Tecnico di Manutenzione AB_v00_FINAL", (si veda in APPENDICE quanto riferito nella tabella di classificazione).

- 17) Nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 - ID 30 del monitor principale - voce "Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie)": si chiede di verificare la richiesta in quanto i monitor di nuova generazione UHD 4K da voi richiesti come preferenziali non hanno la compatibilità con il vecchio standard di segnali analogici. Si chiede pertanto di eliminare questa riga lasciando la riga di compatibilità minima HD per i segnali digitali.

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- 18) Nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 - ID 34 del monitor principale - voce "Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie)": si chiede di verificare la richiesta in quanto i monitor di nuova generazione UHD 4K da voi richiesti come preferenziali non hanno la compatibilità con il vecchio standard di segnali analogici. Si chiede pertanto di eliminare questa riga lasciando la riga di compatibilità minima HD per i segnali digitali.

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- 19) Nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 - ID 52 del monitor secondario - voce "Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie)": si chiede di verificare la richiesta in quanto i monitor di nuova generazione UHD 4K da voi richiesti come preferenziali non hanno la compatibilità con il vecchio standard di segnali analogici. Si chiede pertanto di eliminare questa riga lasciando la riga di compatibilità minima HD per i segnali digitali.

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- 20) Nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 - ID 56 del monitor secondario - voce "Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie)": si chiede di verificare la richiesta in quanto i monitor di nuova generazione UHD 4K da voi richiesti come preferenziali non hanno la compatibilità con il vecchio standard di segnali analogici. Si chiede pertanto di eliminare questa riga lasciando la riga di compatibilità minima HD per i segnali digitali.

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto evidenziato).

- 21) Nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 - ID 118 dell'insufflatore - voce "Portata di CO₂ <= 40 l/min": si chiede se la specifica in realtà non sia CO₂>=40l/min

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto modificato ed evidenziato).

- 22) Nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 - ID 118 dell'insufflatore - voce "Portata di CO₂ <= 40 l/min": si chiede se la specifica in realtà non sia CO₂>=40l/min

Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto modificato ed evidenziato).

23) Nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 - ID 11 del carrello elettrificato - voce "Almeno n. 5 ripiani con portata di ciascuno non inferiore a 30 kg" si chiede se la portata del piano superiore possa essere inferiore a 30kg o di convertirla in caratteristica preferenziale;
Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto modificato ed evidenziato).

24) Nell'allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 - ID 11 del carrello elettrificato - voce "Almeno n. 4 ripiani con portata di ciascuno non inferiore a 30 kg" si chiede se la portata del piano superiore possa essere inferiore a 30kg o di convertirla in caratteristica preferenziale;
Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto modificato ed evidenziato).

25) Nell'allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 - ID 182 del videoenteroscopia - voce "Canale di lavaggio supplementare" si chiede di convertirla in caratteristica preferenziale;
Si conferma quanto riportato nel documento "allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico_revisione10.7.2017", (si veda quanto modificato ed evidenziato).

26) Nel capitolato tecnico prestazionale - Lotto 3 - pag. 10/15 si chiede un "Sistema Archiviazione Immagini e Filmati" che però non viene menzionato nell'allegato n1 Lotto3 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01; si richiede quindi se tale sistema sia o meno da offrire.

Si conferma che il "Sistema di Archiviazione Immagini e Filmati" non è richiesto in fornitura.

27) Con la presente siamo a chiedere conferma che il materiale consumabile oggetto di vostra richiesta è previsto:

- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03- ID 82 Criterio A02 Fonte Luce , che nella fattispecie la lampada di ricambio è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 133 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 139 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 145 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 151 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 159 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 165 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 172 Criterio A02 Cavi in fibra , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto1 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v03 -ID 176 Criterio A02 Cavi in fibra , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01- ID 80 Criterio A02 Fonte Luce , che nella fattispecie la lampada di ricambio è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 -ID 133 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 -ID 138 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 -ID 144 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie è materiale deteriorabile

- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 -ID 150 Criterio A01 Ottica rigida UHD , che nella fattispecie é materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 -ID 157 Criterio A02 Cavi in fibra , che nella fattispecie é materiale deteriorabile
- nell'allegato n1 Lotto2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico v01 -ID 161 Criterio A02 Cavi in fibra , che nella fattispecie é materiale deteriorabile

non sia soggetto a copertura di Assistenza Tecnica con Full-Risk (minima di 24 mesi), in quanto materiale consumabile e soggetto a deterioramento con relativa sostituzione a prodotto nuovo, se danneggiato o non più efficiente.

Si conferma quanto specificato nel documento "allegato n4 Lotto3- Disciplinare Tecnico di Manutenzione AB_v00_FINAL", (si veda in APPENDICE quanto riferito nella tabella di classificazione. Pertanto il materiale deteriorabile è da intendersi usurabile e non consumabile).

28) Con la presente siamo inoltre a chiedere se per la presentazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica bisogna produrre 1 busta per ogni lotto di partecipazione.

No; i concorrenti sono tenuti a presentare, con le modalità dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara, una busta contenente la documentazione tecnica ed una busta contenente l'offerta economica indicanti all'esterno i lotti per i quali la documentazione viene presentata.

Al fine di agevolare le attività della Commissione giudicatrice si invita a suddividere, all'interno del plico contenente la documentazione tecnica, la stessa in intercalari/raccoglitori suddivisi per lotti.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Francesca Stefanini

Id. P. 234/17/DS