



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI
E LOGISTICA

Dirigente
Dott. Antonio Draisci

Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721-3663340
Fax: 0721-366336
Email:
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

Avviso esplorativo:
acquisizione e installazione di un sistema automatico di travaso azoto liquido in sicurezza

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" Piazzale Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica www.ospedalimarchenord.it/ e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it.

Oggetto: E' intenzione di questa Azienda avviare una procedura di negoziazione per l'acquisizione e l'installazione di un sistema per il riempimento automatico di contenitori di azoto liquido in estrema sicurezza ambientale da destinate alla nuova PMA di Muraglia - marca SOL sistema SECURFILL.

Stante le criticità delle attività che verranno svolte con tale tecnologia, la stessa dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche infungibili:

- A. permettere il travaso da dewar pressurizzati di capacità massima fino a indicativamente 200 lt a dewar per lo stoccaggio di campioni, dewar aperti e bicchierini fino a indicativamente 6 lt, il tutto in estrema sicurezza ambientale e per gli operatori.
- B. avere caratteristiche tali da poter essere collocato in ambienti interni e dovrà permettere di selezionare le quantità desiderate di azoto liquido da erogare.
- C. consentire il travaso del liquido criogenico in modo automatico all'interno di una camera a pressione negativa, dovrà essere dotato di rivelatori di ossigeno e di aspiratori per il ricambio dell'aria interna la camera di travaso, evitando così il rischio di sotto ossigenazione all'apertura delle porte, dopo il riempimento del recipiente.
- D. possedere sonde di pressione e temperatura per la verifica all'interno della camera di sversamento del liquido criogenico
- E. essere predisposto per gli allarmi e la tracciabilità dell'operatore che lo utilizza.

Finalità: il presente avviso è finalizzato ad accertare la presenza sul mercato di potenziali fornitori. Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva di non procedere all'avvio della procedura di negoziazione;

Importo complessivo presunto: € 25.000,00 IVA esclusa;

Eventuali richieste di invito dovranno essere inviate entro le **ore 11.00 del 23/10/2015** al seguente numero di fax 0721/366336. Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata dichiarazione analitica del costruttore/fornitore (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla conformità del prodotto alle specifiche suindicate (voci da A a E);

Data pubblicazione avviso: 20/10/2015;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara D'Eusanio