



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti Marche Nord
UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI DI
BENI E SERVIZI
E LOGISTICA

PO Appalti e contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Tel. 0721/366341
Fax 0721/366336

e.mail:
lucia.giorgi@ospedalimarchenord.it

CHIARIMENTI

OGGETTO: *Cottimo fiduciario per l'acquisizione di n. 1 LASER per ablazione e tecniche biotiche pre impianto di ovociti ed embrioni.*

1) DOMANDA

- Nella voce "requisiti essenziali della merce" nella lettera d'invito si chiede che lo strumento sia conforme al D.Lgs. 46/97 e s.m.i. mentre nei documenti da presentare nella documentazione tecnica si parla di "attestazione di registrazione dei prodotti offerti al repertorio dei dispositivi medici (DM 20/02/2007, DM 21/12/2009, DM 23/12/2013) (se applicabile). Si chiede pertanto di specificare se lo strumento dovrà essere obbligatoriamente conforme al D.Lgs. 46/97 e s.m.i. e quindi registrato presso la Banca Nazionale dei Dispositivi Medici al momento della presentazione dell'offerta;

RISPOSTA

- Il dispositivo deve essere obbligatoriamente conforme alla Direttiva 93/42/CEE come indicato in capitolato tecnico alla voce "conformità normativa". Per quanto concerne l'iscrizione alla Banca Nazionale dei Dispositivi Medici si rimanda a quanto previsto dai Decreti Ministeriali del 20/02/2007 e del 21/12/2009. A tal proposito si ricorda di compilare la pagina 3 del questionario tecnico

2) DOMANDA

- Lo strumento offerto dovrà essere nuovo di fabbrica e non discontinuato ?

RISPOSTA

- Lo strumento dovrà essere nuovo di fabbrica e non discontinuato

3) DOMANDA

- Il software dovrà avere la funzione di effettuare spari multipli su traiettorie predeterminate, sia lineari che curvilinee;

RISPOSTA

- Il software dovrà consentire di effettuare spari multipli su traiettorie lineari e curvilinee

4) DOMANDA

- Negli accessori necessari atti a garantire corretta funzionalità del sistema si intende inclusa anche la pedaliera?

RISPOSTA

- Non è necessaria la pedaliera

Ip 65/16/pma

Il R.U.P.

Dott.ssa Chiara D'Eusanio