



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
**GESTIONE**  
**APPROVVIGIONAMENTO**  
**BENI, SERVIZI**  
**E LOGISTICA**

**PO Appalti e Contratti**  
Dott. ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721-3663340  
Fax: 0721-366336  
Email:  
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

**Avviso esplorativo**  
**Acquisizione di Apparecchiatura in service per Immunoistochimica.**

**Stazione Appaltante:** AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"  
Piazzale Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica  
[www.ospedalimarchenord.it/](http://www.ospedalimarchenord.it/) / e-mail: [chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it](mailto:chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it).

**Oggetto:** E' intenzione di questa Azienda, in esecuzione alla determina n. 1023/DG del 30/12/2016, avviare una procedura di negoziazione con la società Roche per l'acquisizione in service dell'apparecchiatura VENTANA Benchmark Ultra e relativi reagenti per diagnostica istologica e citologica e valutazione "Target Therapy".

Si evidenziano qui di seguito, le caratteristiche peculiari ed esclusive della metodica e dell'apparecchiatura richiesta:

- unica strumentazione (piattaforma) per la gestione dell'immunoistochimica e ibridazione in situ;
- sistema completamente automatizzato di ultima generazione;
- completa tracciabilità con vetrini e reagenti;
- possibilità di usare contemporaneamente metodiche differenti: IHC (immunoistochimica), ISH (ibridazione in situ), in completa automazione senza alcuna suddivisione in "batch";
- caricamento "in continuo" per singolo vetrino;
- ibridazione in situ con precipitato d'argento (SISH-silver in situ hybridization) per l'analisi della semplificazione del gene HER2/neu, nel contesto morfologico del campione;
- test ALK (clone D5F3 marcato CE-IVD) indicato quale ausilio nella valutazione dei pazienti con neoplasie polmonari che potrebbero trarre giovamento da trattamento con Crizotinib o analoghi. L'utilizzo del clone D5F3 su strumentazione VENTANA da risultato binario POSITIVO o NEGATIVO;
- Test CINtec Histology (P16 marcato CE-IVD);
- Test CINtec PLUS Cytology (marcato CE-IVD).

**Durata della fornitura:** mesi 60.

**Importo complessivo a base d'asta:** € 750.000,00 Iva esclusa.

**Numero complessivo test diagnostici annui stimati:** 18.000.

**Finalità:** il presente avviso è finalizzato a verificare se, diversamente dalle informazioni attualmente in possesso di questa Azienda, vi siano soluzioni tecniche alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. Ciò posto si invitano gli operatori economici interessati a suggerire e a dimostrare (con idonea documentazione tecnica) la praticabilità di soluzioni alternative.

**Le eventuali manifestazioni di interesse** dovranno essere inviate entro le ore 11.00 del 27/01/2017 al seguente numero di fax 0721/366336 o al seguente indirizzo pec: [aomarchenord@emarche.it](mailto:aomarchenord@emarche.it).

Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva di non procedere all'avvio della procedura di negoziazione.

**Data pubblicazione avviso:** 13/01/2017.

**Responsabile del Procedimento:** Dott.ssa Chiara D'Eusanio.