

LOTTO 1 - Protesi Mammarie Anatomiche			ALLERGAN:NATRELLE 410			PRIMED: MENTOR CONTOUR PROFILER CPG TM3xx			POLITECH: SUBLIME LINE		
criteri di valutazione	punti assegnati	criteri motivazionali	coefficienti	giudizio	Motivazione	coefficienti	giudizio	Motivazione	coefficienti	giudizio	Motivazione
1. testurizzazione dell'involucro esterno	10	Si valuta lo spazio tra le micro villosità, indice di maggior adesività ai tessuti sottocutanei, di riduzione del rischio di rotazione della protesi e di contrattura capsulare	1	10	OTTIMO: superficie testurizzata Biocell a pori aperti, con D 300-800 micron	0,75	7,5	BUONO: superficie testurizzata Siltex a pori aperti, con misura pori per inch 65 PPI	0,85	8,5	DISTINTO: superficie testurizzata Polytex a pori aperti, con D 100-400 micron
2. qualità dell'involucro esterno in silicone	10	Si valuta il sistema di barriera indicato per evitare la diffusione del gel di silicone	0,85	8,5	DISTINTO: 7 strati	0,85	8,5	DISTINTO: 3 strati	1	10	OTTIMO: 8 strati
3. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	10	Si valuta la maggior e miglior varietà di coesività del gel, il mantenimento della forma alle sollecitazioni e la consistenza al tessuto naturale	1	10	OTTIMO	1	10	OTTIMO: 1 gel coesività III	1	10	OTTIMO
4. varietà di scelta di profili e volumi	15	Si valuta la maggior varietà di misure, volumi, altezze, profili	1	15	OTTIMO: 205	0,85	12,75	DISTINTO: 121	0,85	12,75	DISTINTO: 216
5. gamma di sizer rispetto alla gamma delle misure delle protesi	5	Si valuta il rapporto 1/1 sizer/misura	1	5	OTTIMO: 1/1	1	5	OTTIMO: 1/1	0,85	4,25	DISTINTO: 117/216
6. letteratura scientifica	5	Si valutano gli studi sul prodotto in base a: - impact factor della rivista maggiore; - numerosità della casistica; - lunghezza del follow-up; - disegno dello studio con gruppo di confronto e randomizzazione; - risultati ottenuti.	1	5	OTTIMO: 23 studi su Clin. Plastic Sur, Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic Surg, Plastic and Reconstructive Surgery di cui n. 5 negli ultimi 3 anni	1	5	OTTIMO: 19 studi su Aesthetic Surgery Journal, Journal of Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery di cui n. 3 negli ultimi 3 anni (2015-2018)	0,75	3,75	BUONO: 3 rapporti interni, 1 studio su the American Society of Plastic Surgeons 2006
7. presenza di punti di repere	5	Si valuta la facilità e sicurezza di orientamento (punti sia visivi che tattili sulla superficie anteriore e posteriore)	0,85	4,25	DISTINTO: visivi e tattili	0,85	4,25	DISTINTO: visivi e tattili	1	5	OTTIMO: visivi e tattili con maggior facilità di visione SUFF: copertura a vita per
8. Programma di garanzia	5	Si valuta la copertura di garanzia per la durata nel tempo (non necessita di sostituzione dopo un certo numero di anni e minor tasso di rottura) e per la copertura di tipologia di incidenti	0,25	1,25	SUFF: copertura a vita per rottura involucro, iscrizione automatica e gratuita.	0,25	1,25	SUFF: copertura a vita per rottura involucro, iscrizione automatica e gratuita.	0,25	1,25	iscrizione entro 6 mesi e rinnovo annuale obbligatorio.
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				5			5			5	
9. Qualità confezionamento	5	Si valutano i sigilli antimanomissione, i sistemi di tracciabilità della consegna, la chiarezza dell'etichetta e la doppia busta.	0,75	3,75	BUONO	0,75	3,75	BUONO	0,75	3,75	BUONO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				5			5			5	
Totale	70			67,75			63			64,25	

LOTTO 2 - Protesi Mammarie Rotonde			ALLERGAN:NATRELLE INSPIRA			PRIMED: MENTOR COHESIVE I e II		
criteri di valutazione	punti assegnati	criteri motivazionali	coefficienti	giudizio	Motivazione	coefficienti	giudizio	Motivazione
1. testurizzazione dell'involucro esterno	10	Si valuta lo spazio tra le micro villosità, indice di maggior adesività ai tessuti sottocutanei, di riduzione del rischio di rotazione della protesi e di contrattura capsulare	1	10	OTTIMO: superficie testurizzata Biocell a pori aperti, con D 300-800 micron	0,75	7,5	BUONO: superficie testurizzata Siltex a pori aperti, con misura pori per inch 100 PPI
2. qualità dell'involucro esterno in silicone	10	Si valuta il sistema di barriera indicato per evitare la diffusione del gel di silicone	0,85	8,5	DISTINTO: 7 strati	0,85	8,5	DISTINTO: 3 strati
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				10			10	
3. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	15	Si valuta la maggior e miglior varietà di coesività del gel, il miglior mantenimento della forma alle sollecitazioni e la miglior consistenza al tessuto naturale	1	10	OTTIMO: 2 opzioni di gel	1	10	OTTIMO: 2 opzioni di gel
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				15			15	
4. varietà di scelta di profili e volumi	15	Si valuta la maggior varietà di misure, volumi, altezze, profili	1	15	OTTIMO: 200	0,85	12,75	DISTINTO: 131
5. gamma di sizer rispetto alla gamma delle misure delle protesi	5	Si valuta il rapporto 1/1 sizer/misura	1	5	OTTIMO: 1/1	1	5	OTTIMO: 1/1

Am
Tit
PA

6. letteratura scientifica	5	Si valutano gli studi sul prodotto in base a: - impact factor della rivista maggiore; - numerosità della casistica; - lunghezza del follow-up; - disegno dello studio con gruppo di confronto e randomizzazione; - risultati ottenuti.	0,85	4,25	DISTINTO: 6 studi su Plastic and Reconstructive Surgery, Aesth Plast Surg	1	5	OTTIMO: 17 studi su Plastic and Reconstructive Surgey, Aesth Plast Surg, British Journal of Surgery
8. Programma di garanzia	5	Si valuta la copertura di garanzia per la durata nel tempo (non necessita di sostituzione dopo un certo numero di anni e minor tasso di rottura) e per la copertura di tipologia di incidenti	0,25	1,25	SUFF: copertura a vita per rottura involcuro, iscrizione automatica e gratuita.	0,25	1,25	SUFF: copertura a vita per rottura involcuro, iscrizione automatica e gratuita.
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				5			5	
9. Qualità confezionamento	5	Si valutano i sigilli antimanomissione, i sistemi di tracciabilità della consegna, la chiarezza dell'etichetta e la doppia busta.	0,75	3,75	BUONO	0,75	3,75	BUONO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				5			5	
Totale	70			69,25			65,25	

LOTTO 3 - Protesi Mammarie tipo Dual Gel o equivalente			ALLERGAN:NATRELLE 510		
criteri di valutazione	punti assegnati	criteri motivazionali	coefficienti	giudizio	Motivazione
1. testurizzazione dell'involucro esterno	10	Si valuta lo spazio tra le micro villosità, indice di maggior adesività ai tessuti sottocutanei, di riduzione del rischio di rotazione della protesi e di contrattura capsulare	1	10	OTTIMO: superficie testurizzata Biocell a pori aperti, con D 300-800 micron
2. qualità dell'involucro esterno in silicone	15	Si valuta il sistema di barriera indicato per evitare la diffusione del gel di silicone	0,85	12,75	DISTINTO: 7 strati
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				15	
4. varietà di scelta di profili e volumi	15	Si valuta la maggior varietà di misure, volumi, altezze, profili	1	15	OTTIMO: 39
5. gamma di sizer rispetto alla gamma delle misure delle protesi	5	Si valuta il rapporto 1/1 sizer/misura	1	5	OTTIMO: 1/1
6. letteratura scientifica	10	Si valutano gli studi sul prodotto in base a: - impact factor della rivista maggiore; - numerosità della casistica; - lunghezza del follow-up; - disegno dello studio con gruppo di confronto e randomizzazione; - risultati ottenuti.	1	10	OTTIMO
7. presenza di punti di repere	5	Maggior punteggio al prodotto con maggior facilità e sicurezza di orientamento (punti sia visivi che tattili sulla superficie anteriore e posteriore)	1	5	OTTIMO: visivi e tattili
8. Programma di garanzia	5	Si valuta la copertura di garanzia per la durata nel tempo (non necessita di sostituzione dopo un certo numero di anni e minor tasso di rottura) e per la copertura di tipologia di incidenti	0,25	1,25	SUFF: copertura a vita per rottura involcuro, iscrizione automatica e gratuita.
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				5	
9. Qualità confezionamento	5	Si valutano i sigilli antimanomissione, i sistemi di tracciabilità della consegna, la chiarezza dell'etichetta e la doppia busta.	0,75	3,75	BUONO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				5	
Totale	70			70	

LOTTO 4 - Espansori Mammari			ALLERGAN:NATRELLE 133 PLUS			PRIMED: MENTOR CPX4			POLITECH: SUBLIME LINE		
criteri di valutazione	punti assegnati	criteri motivazionali	coefficienti	giudizio	Motivazione	coefficienti	giudizio	Motivazione	coefficienti	giudizio	Motivazione

Car
Am
ep

1. varietà di scelta di profili e volumi	20	Si valuta la maggior varietà di misure, volumi, altezze, profili	1	20	OTTIMO: 42	0,75	15	BUONO: 19	0,75	15	BUONO: 19
2. letteratura scientifica	20	Si valutano gli studi sul prodotto in base a: - impact factor della rivista maggiore; - numerosità della casistica; - lunghezza del follow-up; - disegno dello studio con gruppo di confronto e randomizzazione; - risultati ottenuti.	0,75	15	BUONO: 6 studi su Plastic and Reconstructive Surgey, Aesth Plast Surg, European Journal Plastic Surgery	0,75	15	BUONO: 2 studi su Plastic and Reconstructive Surgey e Biomaterials Elsevier	0,65	13	DISCRETO: 3 studi interni, 1 pubblicazione su Plos One 2013, 1 su Med Phys
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				20			20			17,33	
3. caratteristica del sistema valvolare magnetico	20	Si valuta il sistema valvolare di riempimento (sensibilità e maneggevolezza) che garantisce maggior grado di sicurezza (identificazione valvola, area autosigillante)	1	20	OTTIMO: unità di iniezione autosigillante con protezione in titanio	0,85	17	DISTINTO: in acciaio inox	0,75	15	BUONO: area più piccola
4. Qualità confezionamento	10	Si valutano i sigilli antimanomissione, i sistemi di tracciabilità della consegna, la chiarezza dell'etichetta e la doppia busta.	0,75	7,5	BUONO	0,75	7,5	BUONO	0,75	7,5	BUONO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				10			10			10	
Totale	70			70			62			57,33	



