

ALLEGATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Gara:	Procedura negoziata	Classi Apparecchiature:	EEG, EMG
Codice CND:	Z121003 STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOG RAFIA	<p>Z12100302 ELETTROENCEFALOGRAFI Apparecchiature, utilizzate per una grande varietà di indagini neurologiche, che rilevano in modo continuo i potenziali elettrici cerebrali mediante un insieme di elettrodi applicati al cuoio capelluto secondo uno schema opportuno. I segnali acquisiti vengono analizzati, rappresentati graficamente, memorizzati e stampati.</p> <p>Z12100303 SISTEMI PER L'ANALISI E LA GESTIONE DI TRACCIATI EEG Dispositivi che permettono l'elaborazione e l'archiviazione di tracciati elettroencefalografici. Possono essere integrati nei sistemi per elettroencefalografia o computer indipendenti dotati di software e capacità opportuni.</p> <p>Z12100380 STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE Componenti fisici costitutivi che sono specificatamente impiegati per permettere il funzionamento della strumentazione per elettroencefalografia oppure parti accessorie che possono cioè completare o estendere la funzionalità della strumentazione per elettroencefalografi.</p> <p>Z12100382 STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE Programmi software necessari al funzionamento della strumentazione per elettroencefalografia o per aumentarne la funzionalità in relazione all'ambito diagnostico o terapeutico (sono esclusi i programmi gestionali o amministrativi).</p> <p>Z12100385 STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI Consumabili specifici utilizzati normalmente per il funzionamento della strumentazione per elettroencefalografi.</p>	
Codice CND:	Z121004 STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA	<p>Z12100401 ELETTROMIOGRAFI Dispositivi che permettono di rilevare i potenziali elettrici connessi all'attività muscolare mediante elettrodi ad ago, fornendone la rappresentazione grafica. Vengono utilizzati per lo studio delle strutture neuromuscolari degli arti e di vari altri distretti corporei.</p> <p>Z12100480 STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE Componenti fisici costitutivi che sono specificatamente impiegati per permettere il funzionamento della strumentazione per elettromiografia oppure parti accessorie che possono cioè completare o estendere la funzionalità della strumentazione per elettromiografi.</p> <p>Z12100482 STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE Programmi software necessari al funzionamento della strumentazione per elettromiografia o per aumentarne la</p>	

		funzionalità in relazione all'ambito diagnostico o terapeutico (sono esclusi i programmi gestionali o amministrativi). Z12100485 STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI Consumabili specifici utilizzati normalmente per il funzionamento della strumentazione per elettromiografi.	
Quantità Richiesta:	N.1 EEG + N.1 EMG	Importo di Gara (esclusa IVA):	€ 14.344,26 + IVA (EEG) € 18.442,62 + IVA (EMG) TOTALE € 32.786,88+ IVA
Data Prevista Consegna:	2014	Motivazione:	Nuova Acquisizione

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Codice Tipologia CND	Z121004 e Z121003
Descrizione	Elettromiografo ed Elettroencefalografo
Quantità	N.1 EEG +N.1 EMG
Reparto / Servizio richiedente	UOC Medicina Interna Amb.Neurologia - Fano
Destinazione d'uso dell'Apparecchiatura richiesta	Rilevazione dei potenziali elettrici connessi all'attività muscolare necessaria ai pazienti Neurologici; Rilevazione in modo continuo dei potenziali elettrici cerebrali necessaria ai pazienti Neurologici.
Necessità di prova o visione	No
Importo previsto IVA esclusa	€ 32.786,88+ IVA
Esigenze cliniche	Progetto di centralizzazione e integrazione dati di Neurofisiopatologia EEG, EMG e PE all'interno dei tre presidi di Marche Nord: Fano-Pesaro-Muraglia. Esecuzione di esami diagnostici neurologici nel presidio di Fano.
Esigenze logistiche	Le apparecchiature in oggetto verranno utilizzate presso i locali del presidio di Fano.
Descrizione della fornitura	- N.1 EMG e N.1 EEG
Configurazione richiesta.	A sistema
Accessori richiesti	Tutti quelli necessari, atti a garantire corretta funzionalità del sistema in relazione alle esigenze cliniche espresse
Accessori opzionali	- Altri accessori disponibili (eventualmente da quotare a parte nell'offerta economica)
Reso, ritiro, smaltimento.	Non richiesto
Esigenze impiantistiche	Nessuna
Materiale di consumo	Indicare separatamente in offerta economica i costi dei materiali di consumo ove previsti, oltre alla loro compatibilità con eventuali standard presenti in commercio
Garanzia richiesta sui prodotti offerti	- Mesi 24 - Nessuna parte e/o ricambio escluso. NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza del contratto di tipo "Full Risk". E' da intendersi incluso per tutta la vita utile dei dispositivi forniti, il servizio di aggiornamento tecnologico.

