



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
**GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO**  
**BENI, SERVIZI**  
**E LOGISTICA**

**Appalti e Contratti**  
Dirigente  
Dott. ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721-366340  
Fax: 0721-366336  
Email:  
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

## **A tutti gli Operatori**

**Oggetto: la fornitura, installazione ed implementazione di n. 1 angiografo digitale da destinare alla UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Riscontro a richiesta chiarimenti.**

Si comunica preliminarmente che sono state apportate alcune modifiche al "modulo offerta economica" come risulta dal documento allegato (all 1); si invitano pertanto gli operatori economici ad utilizzare il nuovo modello allegato (cfr modulo offerta rettificato).

Inoltre in riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in termini, si forniscono le seguenti informazioni.

### **Richiesta chiarimento n. 1)**

*"In riferimento all'art. 16 dello Schema di contratto " Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" si chiede con la presente di voler chiarire la portata della deroga legislativa contenuta al 4° capoverso. Si chiede altresì di voler ricondurre il contenuto della norma contrattuale nell'alveo della previsione legislativa di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile".*

**Risposta: con il citato capoverso viene richiesta l'acquisizione di polizza che contenga una clausola di rinuncia dell'assicuratore all'esercizio dell'azione di annullamento del contratto o all'esercizio del recesso dallo stesso qualora si verificano le condizioni previste e disciplinate rispettivamente dall'art 1892 c.c. e dall'art.1893 c.c. Si conferma pertanto quanto disposto dall'art 16 dello schema di contratto pubblicato.**

### **Richiesta chiarimento n. 2)**

*"In riferimento a quanto riportato all'Art.1 del Disciplinare di Gara "Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara", si chiede di precisare se, fermo restando l'importo complessivo non superabile a base d'asta pari ad € 1.400.000,00, gli importi indicati al punto 1 e 2 siano da intendersi singolarmente non superabili, purché la loro somma non ecceda la base d'asta complessiva di cui sopra.*

**Risposta: si precisa che gli importi indicati al punto 1 e 2 sono da intendersi singolarmente superabili fermo restando che la loro somma non superi l'importo complessivo a base d'asta pari ad € 1.400.000,00.**

### **Richiesta chiarimento n. 3)**

*"In riferimento a quanto riportato all'Art.3 punto 3.1 del Disciplinare di Gara "Requisiti", si chiede di specificare le classifiche di importo relative alle certificazioni SOA, categorie "OG1" e "OG11", il cui possesso è richiesto alle ditte interessate all'esecuzione dei lavori".*

**Risposta: I classifica, fino ad euro 258.000.**

### **Richiesta chiarimento n. 4)**

*"Si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto, in ATI verticale con una o più imprese. Si chiede di voler confermare che la ditta esecutrice delle opere edili ed impiantistiche, in possesso dell'attestazione SOA, non debba compilare le sezioni B e C della parte IV del DGUE."*

**Risposta: avendo la stazione appaltante operato una suddivisione delle prestazioni oggetto di gara tra principale (fornitura) e secondarie (lavori), è possibile procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione con un'A.T.I. di tipo verticale.**

**Si conferma che la ditta non è tenuta a compilare le sezioni B e C della parte IV del DGUE.**

### **Richiesta chiarimento n. 5)**

*"In riferimento a quanto riportato all'art. 9 del Disciplinare di Gara "SubAppalto", si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, gli eventuali subappaltatori non debbano fornire*

*copia del DGUE. In caso contrario si chiede di precisare quali parti e relative sezioni vadano compilate"*

**Risposta: si conferma che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, gli eventuali subappaltatori non devono fornire copia del DGUE.**

**Richiesta chiarimento n. 6)**

*"In riferimento all'art 14 del Disciplinare di Gara "Documentazione amministrativa", si chiede di confermare che i documenti inseriti su supporto informatico (CD/DVD) vadano caricati in formato PDF con apposta firma digitale, alla stregua di quanto espressamente previsto dall'art. 15 del predetto disciplinare in relazione alla documentazione Tecnica".*

**Risposta: si conferma. Per quanto riguarda i formati digitali della documentazione tecnica, si rimanda all'articolo 11 dell'Allegato 5 "Piano documentale da presentare - offerta tecnica". In particolare si evidenzia che il Questionario tecnico dovrà essere presentato sia in PDF firmato digitalmente che in formato .xls**

**Richiesta chiarimento n. 7)**

*In riferimento all'art. 9 "Modalità di verifica di conformità" del Capitolato tecnico, laddove al punto 1.5 è richiesta la produzione di un "elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della fornitura successiva di parti di ricambio", si chiede di confermare che tale elenco vada inserito nella busta contenente il modulo di offerta economica.*

**Risposta: si conferma.**

**Richiesta chiarimento n. 8)**

*"Si chiede di esplicitare il criterio di valutazione di attribuzione dei 6 punti relativi alla componente C.3 "Tempi di consegna ed installazione" in relazione agli eventuali diversi tempi proposti dai concorrenti "*

**Risposta: La valutazione della componente C.3 è il risultato dell'attribuzione dei punteggi agli item da 270 ai 272 dell'Allegato 1 - Questionario Tecnico per Angiografia Digitale diretta.**

**Richiesta chiarimento n. 9)**

*" Si chiede conferma che all'art.5 del Capitolato Speciale allegato n°4 si intende che i 100 giorni decorrono dalla data di consegna dei locali e non dalla data di emissione dell'ordine".*

**Risposta: ai sensi del citato articolo 5 del Capitolato Speciale punto n. 4 la Consegna locali e l'emissione dell'ordinativo di fornitura verranno effettuati in pari data. Pertanto si conferma che i 100 giorni decorrono dalla data in cui vengono svolte le suddette attività.**

**Richiesta chiarimento n. 10)**

*"Si chiede di confermare che secondo l'art 11 dell'allegato 5 "Capitolato Tecnico" punto 4 i concorrenti dovranno predisporre un "Progetto delle opere accessorie edili...omissis" di gara da allegare all'offerta tecnica mentre il progetto esecutivo sarà onere dell'aggiudicatario".*

**Risposta: si precisa che il "Progetto delle opere accessorie edili...omissis" deve essere già un progetto esecutivo al fine dell'immediata cantierabilità dell'esecuzione dei lavori necessari.**

**Richiesta chiarimento n. 11)**

*"Si chiede di confermare che sono inclusi nell'appalto la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione mentre sono esclusi dall'appalto la Direzione dei lavori e Il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione".*

**Risposta : si precisa che sono inclusi nell'appalto la progettazione dei lavori, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, mentre è escluso dall'appalto il solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

**Richiesta chiarimento n. 12)**

*" Si richiede il carico di lavoro di progetto e di specificare il numero delle procedure effettuate ai fini della determinazione del progetto delle schermature anti-x".*

**Risposta : si stimano 50 procedure a settimana.**

**Richiesta chiarimento n. 13)**

*"Ai fini della prevenzione incendi, si chiede di indicare se i locali oggetto di intervento debbano costituire compartimento a se stante o possano essere considerati parte del più ampio compartimento ricomprensente le diagnostiche vascolari esistenti ed il corridoio della piastra di radiologia".*

**Risposta: si conferma che i locali oggetto di intervento devono essere considerati parte del più ampio compartimento ricomprensente l'intero padiglione "E" (Si allega l'elaborato grafico Padiglioni Piano ninterrato.pdf allegato n2 ).**

**Richiesta chiarimento n. 14)**

*"Durante il sopralluogo si è constatato che, a differenza di quanto riportato negli elaborati forniti a base di gara, la UTA esistente non sembra essere dotata di un generatore di vapore per l'umidificazione. Vista la difficoltà di accesso al lato della UTA in cui sono presenti gli allacci impiantistici, si chiede di confermare se la UTA sia effettivamente dotata o meno di un proprio sistema di umidificazione sterile invernale".*

**Risposta: si conferma, l'UTA esistente non è dotata di un generatore di vapore per l'umidificazione.**

**Richiesta chiarimento n. 15)**

*"Si chiede di fornire i dati di targa relativi ai due refrigeratori di fluido (chiller), marca Aermec e Climaveneta, a servizio della UTA della centrale di sterilizzazione. Le targhette identificatrici dei due refrigeratori risultano infatti illeggibili".*

**Risposta: al momento, non si dispongono di dati ulteriori rispetto a quelli rilevabili in sito.**

**Richiesta chiarimento n. 16)**

*In riferimento alla riga 167 dell'allegato 1 "Questionario tecnico sistema per angiografia digitale diretta"*

*Si chiede di precisare il numero delle stazioni di impilaggio richieste e di precisare, altresì, il numero di pompe che le stesse devono alloggiare.*

**Risposta: la fornitura delle stazioni di impilaggio è caratteristica preferenziale e non di minima; pertanto la ditta offerente potrà presentare la proposta di fornitura che meglio soddisfa il proprio progetto.**

**Richiesta chiarimento n. 17)**

*"Nella domanda di partecipazione viene chiesto di dichiarare "di aver effettuato le seguenti forniture identiche (dettagliare sia la tecnologia che le prestazioni connesse)". Si prega gentilmente la spettabile S.A. di precisare cosa si intende per "dettagliare la tecnologia" e "prestazioni connesse". Inoltre si chiede se il Codice prodotto è da intendersi quello del produttore (CPV) o il CND".*

**Risposta: si precisa che occorre dettagliare il modello di tecnologia fornita ed il relativo codice CND.**

**Richiesta chiarimento n. 18)**

*"Con riferimento all'art. 7.5 del Disciplinare di gara viene richiesto che tutta la documentazione tecnica venga prodotta o tradotta in lingua italiana. Premettendo che le certificazioni CE, ISO, documentazione scientifica, Data Sheet IHE e DICOM delle apparecchiature sono rilasciate esclusivamente in lingua inglese, si chiede se le medesime possano essere prodotte in lingua originale ("inglese)".*

**Risposta: si conferma.**

**Richiesta chiarimento n. 19)**

*"Si chiede di confermare che la seguente dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione "e che non si rendono necessari lavori di adeguamento tecnico impiantistico nel locale di installazione" debba essere considerato un refuso. Si precisa altresì che la stessa dichiarazione non viene richiesta al punto 14.2 del disciplinare di gara".*

**Risposta: si conferma, trattasi di refuso.**

**Richiesta chiarimento n. 20)**

*"Premesso che, dall'esame della documentazione di gara abbiamo riscontrato differenti previsioni in merito all'applicazione di penali per la medesima ipotesi di ritardata consegna e/o dell'installazione delle*

*TS ordinate, e segnatamente all'art. 13 del Capitolato Speciale "Inadempienze e penali", secondo il quale saranno applicate penali conformi alle previsioni di cui all'Art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 4 Capitolato Tecnico "Penali per ritardo su tempi di consegna/installazione ed assistenza tecnica", con la presente si chiede di confermare che in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna e l'installazione delle TS saranno applicate esclusivamente le penali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale.*

**Risposta: Si conferma che i eventuali ritardi nella per la consegna e l'installazione delle TS saranno applicate esclusivamente le penali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale. L'art 4 del CT si riferisce esclusivamente alle penali per ritardo sui tempi di assistenza tecnica.**

**Richiesta chiarimento n. 21)**

*"Si prega di indicare il numero e tipologia dei locali attesi nell'area oggetto di intervento".*

**Risposta: l'elenco dei locali richiesti nel progetto è riportato nell'Allegato 1 – Questionario Tecnico Sistema per Angiografia digitale diretta.**

**Richiesta chiarimento n. 22)**

*"Si prega di specificare la tipologia/funzione minima delle finiture attese per ogni singolo ambiente".*

**Risposta: le pareti perimetrali dovranno essere tinteggiate con idrosmalto lavabile, di colore a scelta della D.L. , e comunque di una tinteggiatura che consenta la facile pulitura e manutenibilità delle superfici murarie dei locali. I controsoffitti dovranno essere a quadrotti di alluminio classe minima ISO 5, antincendio classe minima A2. I pavimenti ed i rivestimenti dovranno essere in pvc omogeneo.**

**Richiesta chiarimento n. 23)**

*"In merito alla parte radioprotettiva, si richiede il carico di lavoro di utilizzo dell'angiografo".*

**Risposta: si stimano 50 procedure a settimana.**

**Richiesta chiarimento n. 24)**

*"Si prega di indicare i requisiti minimi e numero degli arredi attesi in sala esami e negli altri locali operativi".*

**Risposta: gli arredi dovranno garantire la perfetta funzionalità dei locali tenuto conto della loro destinazione d'uso e del progetto presentato, in conformità alla normativa vigente.**

**Richiesta chiarimento n. 25)**

*"Si prega di indicare i requisiti minimi strutturali da soddisfare nelle opere di rinforzo richieste".*

**Risposta: gli interventi di consolidamento dei solai devono essere tali da consentire l'installazione fissa di apparecchiature mediche radiologiche sovrastanti fino a raggiungere il carico distribuito minimo di 600 daN /m<sup>2</sup>, e da ottenere un valore di carico concentrato massimo di 200 daN su un'impronta di solaio di 50 cm x 50 cm.**

**Richiesta chiarimento n. 26)**

*"Chiediamo cortesemente se per quanto stabilito al punto 3.3 del disciplinare di gara: 3.3 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento locali dettagliatamente previsti dal capitolato tecnico e richiesto il possesso delle seguenti categorie: 1) possesso della CATEGORIA OG1;2) possesso della CATEGORIA OG11;"Verrà poi rilasciato CEL (certificato esecuzione lavori) sul Casellario ANAC come previsto dal DPR 207/2010".*

**Risposta: si conferma che verranno rispettate le vigenti disposizioni di legge in materia di Certificato Esecuzione Lavori.**

**Richiesta chiarimento n. 27)**

*"Rif. Disciplinare di gara, art. 7, punto 7.5.5 pag. 3*

*Viene richiesto che tutta la documentazione sia in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione con allegata dichiarazione di conformità all'originale.*

*Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall'italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, depliant ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale".*

**Risposta: Si rinvia alla risposta del chiarimento n .17**

**Richiesta chiarimento n. 28)**

*"Rif. Disciplinare di gara, art. 14, punti 14.1 (domanda di partecipazione) e 14.2 (dichiarazione*

sostitutiva), pag 5 Soltanto per il punto 14.1 viene specificato che, in caso di costituendo RTI, la domanda di partecipazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno RTI. Poiché per entrambi i punti si può utilizzare il modulo "allegato B.2", si chiede conferma che ogni soggetto componente il costituendo RTI debba predisporre e firmare singolarmente il citato allegato B.2 (ovviamente, indicando la rispettiva posizione all'interno del RTI medesimo"

**Risposta: si conferma.**

**Richiesta chiarimento n. 28)**

"Rif. Disciplinare di gara, art. 14, punto 14.3 (DGUE), pag 5

Si chiede conferma che, in fase di gara, debba essere presentato il DGUE dal solo operatore economico partecipante alla procedura (in caso di costituendo RTI, da tutti i singoli componenti di detto RTI), esclusi quindi gli eventuali singoli subappaltatori.

I subappaltatori dovranno presentare le dichiarazioni attestanti l'assenza dei motivi di esclusione (art. 80 D.lgs 50/2016) ed il possesso dei requisiti di esecuzione (categoria OG1 e categoria OG11), in caso di aggiudicazione – come meglio specificato in art. 9 del Disciplinare di gara.

**Risposta: si conferma. Si precisa che domanda di partecipazione dichiarazione sostitutiva prevede che il partecipante autodichiari quanto segue: "dichiara di impegnarsi a subappaltare l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali ad operatori economici in possesso dei requisiti di esecuzione richiesti al punto 3.3 del disciplinare di gara".**

**Richiesta chiarimento n. 29)**

"Rif. Disciplinare di gara, art. 15, pagg 5-6 – Documentazione tecnica

Qualora la documentazione tecnica non venisse rilegata a caldo (con possibilità di firma unicamente sulla prima e ultima pagina della rilegatura), ma ogni singolo documento venisse rilegato e/o pinzato, si chiede conferma che tale singolo documento debba essere firmato sull'ultima pagina. Si chiede altresì se documenti quali certificazioni di qualità/marchi CE, che solitamente non vengono sottoscritti, debbano comunque essere firmati (sull'ultima pagina)"

**Risposta: si conferma purchè si ogni singolo documento rilegato e/o pinzato contenga l'indicazione del numero di pagine di cui è composto.**

**Richiesta chiarimento n. 30)**

"Rif.to Capitolato Speciale d'Appalto, art. 8 e Schema di Contratto, art. 16 – Polizza assicurativa

La nostra società appartiene ad un Gruppo Multinazionale che offre alle proprie società coperture assicurative globali facenti capo a polizze stipulate dalla Casa Madre.

Alla luce di ciò, tenuto conto che per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, Vi chiediamo di confermare che sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra controllante attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa, rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza. Si chiede altresì di confermare se il massimale può essere espresso in dollari americani, purchè congruo."

**Risposta: si conferma purchè il certificato venga accompagnato da specifica dichiarazione attestante che la polizza possiede le caratteristiche richieste dall'art 16 dello schema di contratto.**

**Richiesta chiarimento n. 31)**

"Rif. Schema Patto di integrità. E' prevista la firma "per espressa accettazione".

Si chiede di precisare se tale documento debba essere firmato e, in caso affermativo, dove debba essere presentato"

**Risposta: il patto di integrità s'intende accettato tramite la sottoscrizione della domanda di partecipazione.**

**Richiesta chiarimento n. 32)**

"Rif. Alleg. 2 al Capitolato Tecnico "Capitolato per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche" A pag 5, prima delle tabelle A e B, è prevista una "firma per accettazione.

Si chiede di precisare se tale documento debba essere firmato e, in caso affermativo, dove debba essere presentato".

**Risposta: il capitolato tecnico s'intende accettato tramite la sua sottoscrizione.**

**Richiesta chiarimento n. 33)**

"Rif. Scheda ICHTA3 "Offerta per contratti di manutenzione"

a) Tale documento deve essere presentato in documentazione tecnica ma viene prevista l'indicazione di alcuni valori economici.

Ciò in contrasto anche con quanto precisato in art 13.5 Disciplinare di gara: "inserimento di

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta all'offerta economica, costituirà causa di esclusione".

Si chiede di confermare o meno che all'interno del modulo ICHTA3 debbano essere esplicitate tutte le voci economiche richieste: "tariffe per manutenzione su chiamata o extra contratto", "costi delle parti di ricambio" ecc.

b) Il costo dei contratti di manutenzione deve essere indicato "in % sulle apparecchiature offerte". Il modulo di offerta economica prevede però un unico totale comprensivo di apparecchiature offerte + lavori adeguamento locali.

Si chiede di confermare se tali lavori debbano essere considerati o meno, ovvero se l'importo delle opere di adeguamento locali debba essere esplicitato a parte, e se sì dove.

**Risposta: si conferma la compilazione del modulo ICHTA3 e l'inserimento dello stesso nella documentazione tecnica. Ciò in quanto i prezzi richiesti in tale modulo non consentono in alcun modo di risalire all'offerta economica presentata ritenendosi, pertanto, rispettato il principio di segretezza dell'offerta economica.**

**In merito al modulo dell'offerta economica si rinvia al nuovo modulo dell'offerta economica allegato alla presente (all n1).**

**Richiesta chiarimento n. 34)**

"Si chiede di voler perfezionare i CIG sul sito dell' ANAC, perché attualmente non è possibile provvedere al relativo pagamento".

**Risposta: il CIG verrà perfezionato in data 30 maggio 2018. Sarà possibile procedere alle relative operazioni di pagamento nelle 24 ore successive.**

**Richiesta chiarimento n. 35)**

Si chiede di confermare che le certificazioni alle normative richieste si possano produrre in lingua originale (inglese) come pubblicate dalla Casa Madre.

**Risposta: si rinvia alla risposta del chiarimento n .17.**

**Richiesta chiarimento n. 36)**

"Si chiede di confermare che non sia necessaria la compilazione della parte IV relativa al DGUE in quanto nel modulo domanda di partecipazione è già richiesto l'elenco delle forniture identiche. "

**Risposta: si conferma.**

**Richiesta chiarimento n. 37)**

"Si chiede di confermare che la non superabilità dell'importo a base d'asta sia da intendersi riferito all'importo complessivo di euro 1.400.000,00 e non ai singoli importi riportati nel disciplinare di gara art 1, punti 1 e 2 pag 1."

**Risposta: si rinvia alla risposta del chiarimento n .2**

In riferimento alle richieste di proroga dei termini di presentazione dell'offerta, si evidenzia quanto segue:

- in data 30 ottobre 2016 è stato pubblicato sul sito Aziendale Sezione "bandi di gara e contratti" - "atti relativi alla programmazione di lavori opere servizi e forniture " prospetto, redatto ai sensi dell'art 1 comma 500 della legge n. 208/2015, inerente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi da effettuarsi negli anni 2018 e 2019 di importi stimati per un valore superiore ad 1 milione di euro; fra i quali rientra, altresì, la fornitura di n. 1 angiografo digitale per le attività di radiologia interventistica;
- con successiva determina n. 948 del 29 dicembre 2017, questa Azienda ha adottato un programma biennale degli acquisti di beni e servizi da effettuarsi negli anni 2018 e 2019, fra i quali rientra, altresì, la fornitura di che trattasi;
- dell'esigenza clinica di procedere all'acquisizione della citata tecnologia, è stata, altresì, data adeguata pubblicità con "Avviso di Pre - Informazione" pubblicato sul sito Aziendale in data 31/12/2017 ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs n 50/ 2016 smi;
- stante la complessità della fornitura, questa Azienda ha ritenuto opportuno procedere all'effettuazione di una consultazione preliminare di mercato, in coerenza con quanto previsto e disciplinato dall'art 66 del D.lgs n.50/2016 smi, al fine di reperire adeguate informazioni di ordine tecnico/economico per la redazione della progettazione tecnico estimativa, documentazione propedeutica all'avvio della procedura di gara; in tale occasione è stata pubblicata bozza di documento contenente le caratteristiche tecniche di minima e preferenziali della fornitura richiesta;
- sono seguiti sopralluoghi dei locali interessati dalla fornitura da parte delle ditte che hanno formulato richiesta.

Per quanto tutto sopra specificato, e stante la prerogativa in capo alle stazioni appaltanti disciplinata dall'art 60, comma 2 del D.lgs n 50/2016 smi in ordine alla possibilità di ridurre il termine minimo

per la ricezione delle offerte qualora sia stato già pubblicato avviso di pre-informazione, si comunica di **non concedere la proroga del termine di scadenza dell'offerta.**

Cordiali saluti

**II RUP**

*Dott.ssa Chiara D'Eusanio*

*Id p 422/17/Rad Inter*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*