



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Mail to
chiara.deusanio@ospedalimarchenor
d.it

Pesaro, li 21/04/2017

Oggetto: procedura aperta per l'acquisizione di un sistema di neuronavigazione. Chiarimenti.

Nel richiamare preliminarmente i chiarimenti pubblicati in data 14/04/2017, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti alle richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dal disciplinare di gara:

- 1) Come deve essere composto il kit per effettuare le diverse tipologie di interventi elettromagnetici ed ottici ?

Come già evidenziato nei chiarimenti pubblicati in data 14/04/2017, ogni kit deve essere comprensivo di tutti gli accessori necessari per effettuare le diverse tipologie di interventi elettromagnetici ed ottici; quindi n. 40 kit identici.

- 2) Il sistema deve prevedere obbligatoriamente tecnologia sia ottica che elettromagnetica (caratteristica questa che identificerebbe un prodotto specifico), oppure il neuronavigatore deve garantire la massima accuratezza nelle tipologie di interventi come richiesto dal capitolato tecnico, indipendentemente dalla tecnologia proprietaria utilizzata ?

Il sistema deve essere dotato di sistema ottico ed elettromagnetico, selezionabile dagli operatori a seconda della tipologia di intervento.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Id. P. 62/17/Neuroch.