

ALLEGATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE  
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

<b>Gara:</b>	Procedura negoziata	<b>Classi Apparecchiature:</b>	STAMPANTI FOTOGRAFICHE
<b>Codice CND:</b>	Z110706	<b>Codice CIVAB:</b>	-
<b>Quantità Richiesta:</b>	LOTTO 1: N. 5 (+ 5) LOTTO 2: N. 2	<b>Importo a base d'asta (esclusa IVA):</b>	LOTTO 1: € 20.000,00 LOTTO 2: € 5.000,00
<b>Data Prevista Consegna:</b>	giugno 2013	<b>Motivazione:</b>	Nuova Acquisizione

**CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Codice Tipologia CND-CIVAB	Z110706
Descrizione	Stampante video fotografica a colori
Quantità	LOTTO 1: N.5 (+5) LOTTO 2: N.2
Reparto / Servizio richiedente	U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva – P.O. di Pesaro U.O.C. Chirurgia Generale – P.O. di Pesaro U.O.C. Ingegneria Clinica & Health Technology Assessment U.O.C. Oculistica – P.O. di Pesaro U.O.C. Oculistica – P.O. di Fano
Destinazione d'uso dell'Apparecchiatura richiesta	Stampa di documentazione iconografica dell'esame diagnostico eseguito
Necessità di prova o visione	No
Importo a base d'asta VA esclusa	<b>LOTTO 1: € 20.000,00</b> <b>LOTTO 2: € 5.000,00</b> <b>Tali importi dovranno includere tutto il materiale di consumo necessario a garantire n. 50 esami</b>
Esigenze logistiche	I sistemi in oggetto verrà utilizzato per attività di stampa presso: Polo endoscopico – P.O. di Pesaro Blocco Operatorio – P.O. di Pesaro Ambulatori di endoscopia – P.O. di Fano Ambulatori di oculistica – PP.OO. di Pesaro e Fano
Descrizione della fornitura	LOTTO 1: Fornitura e installazione di n.5 Stampanti SONY UP-25MD compatibili con i sistemi di endoscopia presenti all'interno dell'Unità Operativa  <u>NOTA:</u> L'A.O. si riserva la facoltà di poter ordinare alla Ditta Aggiudicataria nei prossimi 12 mesi, ulteriori identiche stampanti fino ad un massimo di n. 5 (per l'esercizio di tale opzione si rinvia al capitolato speciale)  LOTTO 2: Fornitura e installazione di n. 2 Stampanti SONY UP-DR80MD compatibili con i fluorangiografi presenti all'interno della A.O.
Configurazione richiesta.	A sistema
Accessori richiesti	Tutti quelli necessari, atti a garantire corretta funzionalità e connessione della stampante al sistema di endoscopia
Accessori opzionali	Nessuno
Reso, ritiro, smaltimento a carico dell'impresa aggiudicataria del lotto 1	N. 3 Stampanti Sony UP2300 P
Esigenze impiantistiche	Nessuna
Materiale di consumo	Indicare separatamente in offerta economica i costi di tutti i materiali di consumo ove previsti, oltre alla loro compatibilità con eventuali standard presenti in commercio
Garanzia richiesta sui prodotti offerti	- Mesi 36 - Nessuna parte e/o ricambio escluso.

**SPECIFICHE TECNICHE**

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di 'minima'
- auspicabili le specifiche 'preferenziali'
- facoltative le specifiche 'opzionali'.

**SPECIFICHE DI MINIMA****LOTTO 1**

- marca SONY, modello UP-25MD o equivalente
- dotazione minima di materiale consumabile

NOTA: Sono ammesse le offerte di stampanti di modelli diversi, purché:

- siano compatibili con l'utilizzo della carta Sony UPC21S o UPC21L
- siano compatibili con i sistemi di endoscopia di marca OLYMPUS installate presso codesta Azienda

La fornitura deve comprendere l'installazione delle stampanti presso le UU.OO. interessate ed il conseguente collaudo delle apparecchiature installate a sistema.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'acquisizione delle stampanti offerte, qualora venissero disattesi i requisiti di compatibilità espressi in codesta procedura.

**LOTTO 2**

- marca SONY, modello UP-DR80MD o equivalente
- dotazione minima di materiale consumabile

NOTA: Sono ammesse le offerte di stampanti di modelli diversi, purché:

- siano compatibili con i fluorangiografi installati presso codesta Azienda

La fornitura deve comprendere l'installazione delle stampanti presso le UU.OO. interessate ed il conseguente collaudo delle apparecchiature installate a sistema.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'acquisizione delle stampanti offerte, qualora venissero disattesi i requisiti di compatibilità espressi in codesta procedura.

**SPECIFICHE DI MINIMA PER ASSISTENZA TECNICA DI TIPO:****“FULL RISK” E “PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA”**

- Massimo tempo di intervento dalla chiamata: 48 ore lavorative (escluso festivi)
- Massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 72 ore lavorative (escluso festivi)

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla suscritta tempistica, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a:

$$((\text{costo apparecchiatura interessata})/(5 \times 365)) \times 10$$

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le Apparecchiature Biomediche allegato al presente capitolato tecnico.

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

- Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37/10)
- CEI 62-5 , CEI 62-51, EN ISO 60601-1-1

**MANUTENZIONE PREVENTIVA**

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, per ciascuna delle TS offerte, una descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva comprendendo anche eventuali attività di controllo e/o taratura e/o altro in conformità a norme CEI.

**PARTI DI RICAMBIO**

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, su richiesta della AORMN, le parti di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.

La Ditta s'impegna a fornire, in caso risultasse aggiudicataria, il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico (preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

**DISPONIBILITÀ VISIONE**

La Ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare un'installazione in VISIONE delle TS offerte in gara, presso i locali destinati ad ospitare tali tecnologie, secondo le modalità che verranno eventualmente indicate dall'Amministrazione Appaltante.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di visionare la totalità delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e funzionante presso un'altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltà venga esercitata, la Ditta dovrà mettere a disposizione personale esperto al fine di supportare la Commissione nella visione del sistema .

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero unico e non frazionabile, e sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato **il prezzo più basso.**

Non saranno prese in esame offerte parziali. Il Concorrente può offrire un'unica configurazione di sistema. Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse varianti.

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua.

Inoltre questa Azienda si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.