

## **ALLEGATO N. 1 APPENDICE AL DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla fornitura e all'installazione (inclusi lavori di adeguamento) di n° 17 (+ n° 2 opzionali) sistemi pensili gemellari comprensivi di lampada scialitica e di n° 2 (+ n° 2 opzionali) sistemi pensili singoli per emergenza epidemiologica da Covid-19 da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione e UTIC Cardiologia PO di Pesaro indetta con determina n° 405/DG/2022. INTEGRAZIONE/MODIFICHE. CUP G79J20001120001- PNRR**

Ad integrazione dell'art. 15 si inserisce il punto c) check-list elementi di controllo principio DNSH.

Il concorrente inserisce nella Busta della documentazione tecnica da presentare la Checklist 4\_Acquisto, Leasing e Noleggio di AEE medicali (Allegato al presente documento).

In particolare le apparecchiature oggetto della presente procedura dovranno rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021 che istituisce il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza".

A tal fine, il Concorrente, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, dovrà produrre a Sistema la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nella scheda 4 "Acquisto, leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario" di cui alla Circolare RGS n.32 del 30 dicembre 2021.

Attraverso la compilazione della check-list (Allegato n. 1 al presente documento), il concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà valorizzare ciascuna voce della check-list relativi agli elementi di controllo con "sì" o "non applicabile". Per ogni elemento di controllo come "non applicabile", il concorrente dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione.

La check-list contiene requisiti il cui possesso è richiesto "ex ante esecuzione dell'opera" e requisiti il cui possesso è richiesto "ex post esecuzione dell'opera". Si rappresenta che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti "ex ante esecuzione dell'opera" e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il "sì", verrà richiesta in vista della stipula del contratto mentre la documentazione attestante i requisiti "ex post esecuzione dell'opera" verrà richiesta durante la fase dell'esecuzione.

Si rappresenta che le certificazioni indicate nella check-list sono da intendersi esemplificative e possono essere sostituite da certificazioni equivalenti.

ALLEGATO: Checklist 4\_Acquisto, Leasing e Noleggio di AEE medicali

**Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario**

*Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH*

| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo  | Esito (Si/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
|--------------------------------------|----|--|-------------------------------|--|
| Ex-ante                              | 1  | L'AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente?  |                               |  |
|                                      | 2  | E' disponibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l'AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente?  |                               |  |
|                                      | 3  | Nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?   |                               |  |
|                                      | 4  | Nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?   |                               |  |
|                                      | 5  | Sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?   |                               |  |
|                                      | 6  | Sono fornite le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?   |                               |  |
|                                      | 7  | Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?  |                               |  |
|                                      | 8  | L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?  |                               |  |
|                                      | 9  | Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)? |                               |  |
|                                      | 10 | L'offerente ha fornito la documentazione del rispetto della direttive /RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica?  |                               |  |
|                                      | 11 | Ove applicabile, l'offerente ha fornito la documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10?                                  |                               |  |
| Ex-post                              | 12 | Il rendimento energetico dell'AEE è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile?  |                               |  |
|                                      | 13 | E' svolta la regolare manutenzione preventiva dell'AEE?  |                               |  |