

LOTTO N. 9
INTEGRATORI CHIMICI PER VAPORE

- **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Le caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione, sono le seguenti:

- tipo a scorrimento a finestra di lettura;
- facilità e sicurezza di lettura;
- in ogni striscia deve essere riportato il lotto di produzione e data di scadenza;
- utilizzabile in tutti i cicli di sterilizzazione a vapore con vuoto frazionato;
- impermeabilità e protezione completa degli inchiostri;
- confezionamento in buste richiudibili, con indicazione del numero di lotto e della data di scadenza.
- la ditta deve provvedere a fornire poster a colori per l'interpretazione della lettura dei risultati in lingua italiana.

- **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Per gli integratori chimici per vapore si richiede la presentazione dei seguenti documenti in lingua italiana (L.126/91), intestati al fabbricante del materiale offerto:

- Scheda tecnica del prodotto, redatta e firmata a cura del fabbricante.
- Dichiarazione di conformità alle norme tecniche UNI EN ISO 11140 (nelle parti ad esse rilevanti) redatte e firmate a cura del fabbricante. A titolo preferenziale, verranno considerate eventuali certificazioni di prodotto rilasciate da Ente terzo o attestazioni di conformità da laboratorio accreditato.
- Documentazione attestante l'applicazione del sistema di qualità aziendale relativa alla sede di produzione del fabbricante. Si richiede copia della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2000 rilasciata da Ente terzo certificatore.
- Poster a colori per l'interpretazione del risultato.