

LOTTO 1 - GENERATORI DI TECNEZIO 99m

Qualità	Punteggio	Criteri motivazionali
Caratteristiche tecnologiche del generatore	15	Si valuterà la documentazione a sostegno della presenza di sistemi o metodiche idonee a massimizzare la purezza chimica, radiochimica e radionuclidica dell'eluato (escluso il contenuto di allumina)
Flessibilità d'uso e di gestione	7	Si valuteranno la semplicità e sicurezza delle modalità operative della procedura di eluizione. Si valuterà la presenza di sistemi o metodiche in grado di garantire e mantenere la sterilità dell'eluato nell'intero ciclo lavorativo
Flessibilità sui volumi di eluizione	7	Si valuterà la maggior disponibilità di volumi diversi di eluizione
Contenuto di allumina nell'eluato	7	Si valuterà il minor contenuto di allumina nell'eluato espresso in ppm come previsto dalle NBP indicato in RCP o documentazione certificata
Confezionamento/etichettatura e maneggevolezza	7	Si valuterà il posizionamento dei dati identificativi del generatore che offrono la migliore visibilità per l'operatore anche dopo l'inserimento in cella. Si valuterà il peso del generatore e le caratteristiche ergonomiche per la sua movimentazione manuale
Scadenza - Validità alla consegna	7	Si valuterà la maggior validità alla consegna espressa in giorni dalla taratura indicato in RCP o documentazione certificata
Misure protezionistiche e schermatura	6	Si valuterà il rateo di dose esterno al generatore ad 1 metro alla data di consegna (microSv/h GBq) e la schermatura del generatore espressa in mmPb
Resa di eluizione	6	Si valuterà la % di resa di eluizione più elevata indicata in RCP o documentazione certificata
Modalità di allontanamento/ritiro del generatore esausto	5	Si valuterà la praticità e sicurezza per l'effettuazione della procedura di ritiro
Logistica e spedizione - Modalità evasione ordini - Formazione e Supporto tecnico	3	Si valuteranno le modalità e le tempistiche di evasione ordine, di consegna e di sostituzione di prodotto difettoso. Si valuterà la disponibilità e completezza dell'attività formativa in loco agli operatori e il supporto tecnico per eventuali problematiche
	70	