

Numero	119	Pag.	1
Data	-6 MAR. 2019		

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD  
N. 119 DEL -6 MAR. 2019**

**Oggetto:** Acquisizione di Dispositivi di protezione individuale e anti radiazioni X tramite richiesta di offerta economica (Rdo) del Me.PA. di Consip S.p.A. Modifica questionario tecnico del lotto n. 1

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Direttore della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento e Investimenti;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto delle modifiche apportate al questionario tecnico del lotto n. 1 approvato con determina n. 92/DG/2019, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio;
2. di approvare il nuovo questionario tecnico del lotto n. 1 (all n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto) che sostituisce integralmente il questionario tecnico del lotto n. 1 approvato con determina n. 92/DG/2019;
3. di dare atto che di quanto disposto con il presente provvedimento è già stata data adeguata pubblicità nell'apposita sezione del sito aziendale **www.ospedalimarchenord.it** nonché nel portale MePA di Consip ai sensi degli artt. 13 e 14 del disciplinare di gara;
4. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico del Bilancio Aziendale;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n° 412/91 e dell'art.1 della L.R. n° 36/2013.


Numero	119	Pag.	
Data	- 6 MAR. 2019		2

**Il Direttore Generale**  
*Dr.ssa Maria Capalbo*



**Per i pareri infrascritti**

**Il Direttore Amministrativo**  
*Dott. Antonio Draisci*



**Il Direttore Sanitario**  
*Dr. Edoardo Berselli*





Numero	119	Pag.	
Data	6 MAR. 2019		3

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. Gestione approvvigionamento beni, servizi e logistica**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n.50/2016** recante ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i riordini della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Si richiama la seguente propria determina:

- **determina n. 92/DG del 20/02/2019** recante ad oggetto: "Acquisizione di Dispositivi di protezione individuale e anti radiazioni X tramite richiesta di offerta economica (Rdo) del Me.PA. di Consip S.p.A.";

Premesso che:

- con la citata determina n. 92/DG del 20/02/2019 è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione di Dispositivi di protezione individuali anti radiazioni X, suddivisa in n. 3 lotti, occorrenti all'Azienda Ospedaliera, per un importo complessivo a base d'asta di € 62.900,00 (Iva esclusa) più ulteriori € 34.688,00 (IVA esclusa) per le opzioni contrattuali per un totale complessivo di € 97.588,00 (Iva esclusa) pari ad € 119.057,40 (IVA inclusa);
- in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n° 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012, e all'art. 1, co. 512 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, con RdO n. 2214550 del Me.PA di Consip S.p.A. sono stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento;
- nel termine previsto dalla citata RdO per la presentazione delle richieste di chiarimenti sono pervenute numerose istanze inerenti la documentazione di gara pubblicata (documentazione depositata agli atti);
- sulla scorta di quanto rilevato dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura oggetto del presente provvedimento, il Progettista, Dott.ssa Monica Bono, riscontrata la presenza di un refuso nella documentazione di gara, ha ritenuto necessario apportare delle modifiche alle caratteristiche di minima e a quelle preferenziali relativamente al lotto n. 1, trasmettendo conseguentemente con mail del 04/03/2019 il nuovo questionario tecnico allegato n. 1 quale parte integrale e sostanziale al presente atto.

Preso atto di quanto sopra rilevato, al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi e garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, il RUP, in accordo con la Direzione Generale, ha ritenuto opportuno comunicare tempestivamente alle imprese interessate le suddette modifiche, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti degli artt. 13 e 14 del disciplinare di gara, ossia mediante pubblicazione delle risposte ai chiarimenti nell'apposita sezione del sito aziendale **www.ospedalimarchenord.it** e del portale MePA di Consip **degli artt. 13 e 14** riservandosi di procedere alla formalizzazione di quanto sopra in un successivo momento; ciò in ossequio al principio di economia procedimentale.

Visto che nessuna offerta ad oggi è stata presentata, il RUP ha accolto le richieste di proroga pervenute relative al termine ultimo di presentazione delle offerte.



Numero	119	Pag.	
Data	- 6 MAR, 2019		4

Ciò premesso, al fine di rendere coerente la documentazione di gara ai chiarimenti pubblicati, si rende necessario modificare il questionario tecnico del lotto n. 1 approvato con determina n. 92/DG/2019.

Infine si attesta che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio Aziendale.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di prendere atto delle modifiche apportate al questionario tecnico del lotto n. 1 approvato con determina n. 92/DG/2019, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio;
2. di approvare il nuovo questionario tecnico del lotto n. 1 (all n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto) che sostituisce integralmente il questionario tecnico del lotto n. 1 approvato con determina n. 92/DG/2019;
3. di dare atto che di quanto disposto con il presente provvedimento è già stata data adeguata pubblicità nell'apposita sezione del sito aziendale **www.ospedalimarchenord.it** nonché nel portale MePA di Consip ai sensi degli artt. 13 e 14 del disciplinare di gara;
4. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico del Bilancio Aziendale.


**Il Dirigente**

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Daniela Masci



**Il Responsabile della fase istruttoria**

Lucia Giorgi



Numero	119	Pag.	
Data	- 6 MAR. 2019		5

- ALLEGATI -

**ALLEGATO n. 1: questionario tecnico allegato n. 1** - presente nella copia cartacea e disponibile agli atti



ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 119  
DEL - 6 MAR. 2019 COMPOSTO DI N° 5 PAGG.

FORNITURA DPI - Lotto 1		COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA	
ID	DESCRIZIONE	SI/NO	NOTE
1	Collari anti radiazione X		
2	Copri collari monouso		
3	Copri collari riutilizzabili		
4	Camici interi anti radiazione X		
5	Completi (corpetti + gonne) anti radiazione X		
6	Sistema di tracciabilità		

FORNITURA DPI - Lotto 1		COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore/i		
Fornitore		
Modello/i		
Conformità norme CEI (allegare certificazione)		
Marchio CE (allegare certificazione)		
Certificazione CEE di terza categoria (allegare)		
Altri marchi (allegare certificazione)		

#### CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM).

La fornitura PUO' soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).

Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

ID	CM/CP	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di)	COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA	
			SI/NO	VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1		<b>A - CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
2	CM	Relazione tecnica di presentazione dei prodotti offerti nell'intero lotto (massimo 10 pagine)		
3		<b>Camici interi</b>		
4	CM	Schermatura priva di piombo (Lead free)		
5	CM	Descrizione materiali e schede tecniche		
6	CM	Schermatura anteriore completa pari a 0,25 mm di Pb equivalente		
7	CM	Protezione scapolare pari a 0,25 mm di Pb equivalente		
8	CP	Sgancio rapido del camice per più facile utilizzo sotto camice sterile		
9	CM	Peso per unità di superficie (kg/m <sup>2</sup> )		
10	CM	Rivestimento esterno lavabile: descrivere		
11	CP	Rivestimento esterno sanificabile: descrivere		



12	CM	Possibilità di scelta tra più taglie		
13	CP	Possibilità di avere DPI su misura		
14	CM	Possibilità di personalizzare fantasia e colore del modello		
15	CM	Possibilità di personalizzazione mediante scritta sul DPI (descrivere)		
16	CP	Possibilità di personalizzazione individuale mediante scritta sul DPI con sistema a velcro o equivalente		
17	CP	Presenza di tasche esterne al DPI		
18	CP	Presenza di tasche interne porta dosimetro al DPI		
19	CM	Etichettatura di ogni singolo DPI indicante marchio, tipo e spessore equivalente dei materiali costruttivi secondo		
20	CM	Tipologia di etichettatura del DPI		
21	CP	Elementi per l'ottimizzazione dell'ergonomia e vestibilità del DPI (es: fasce lombari etc...)		
22	CM	Fornire certificazione attenuazione del materiale schermante per le tensioni (50-70-90-110) kV secondo normativa		
23	CM	Schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione		
24	CP	Opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nelle voci precedenti. (Descrivere e allegare schede tecniche)		
25	CP	Ritiro e smaltimento dei DPI dichiarati in fuori uso in possesso della stazione appaltante		
26		<b>Completi (corpetti + gonne)</b>		
27	CM	Schermatura priva di piombo (Lead free)		
28	CM	Descrizione materiali e schede tecniche		
29	CM	Schermatura pari a 0,5 mm di Pb equivalente anteriore e 0,25 mm di Pb equivalente		
30	CM	Protezione scapolare pari a 0,25 mm di Pb equivalente		
31	CM	Peso per unità di superficie (kg/m <sup>2</sup> )		
32	CM	Rivestimento esterno lavabile: descrivere		
33	CP	Rivestimento esterno sanificabile: descrivere		
34	CM	Possibilità di scelta tra più taglie		
35	CP	Possibilità di avere DPI su misura		
36	CM	Possibilità di personalizzare fantasia e colore del modello		
37	CM	Possibilità di personalizzazione mediante scritta sul DPI (descrivere)		
38	CP	Possibilità di personalizzazione individuale mediante scritta sul DPI con sistema a velcro o equivalente		
39	CP	Presenza di tasche esterne al DPI		
40	CP	Presenza di tasche interne porta dosimetro al DPI		
41	CM	Etichettatura di ogni singolo DPI indicante marchio, tipo e spessore equivalente dei materiali costruttivi secondo		
42	CM	Tipologia di etichettatura del DPI		
43	CP	Elementi per l'ottimizzazione dell'ergonomia e vestibilità del DPI (es: fasce lombari etc...)		
44	CM	Fornire certificazione attenuazione del materiale schermante per le tensioni (50-70-90-110) kV secondo normativa		
45	CM	Schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione		
46	CP	Opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nelle voci precedenti. (Descrivere e allegare schede tecniche)		
47	CP	Ritiro e smaltimento dei DPI dichiarati in fuori uso in possesso della stazione appaltante		
48		<b>Collari</b>		
49	CM	Schermatura priva di piombo (Lead free)		



50	CM	Descrizione materiali e schede tecniche	
51	CM	Schermatura pari a 0.5 mm di Pb equivalente	
52	CM	Peso per unità di superficie (kg/m <sup>2</sup> )	
53	CM	Rivestimento esterno lavabile: descrivere	
54	CP	Rivestimento esterno sanificabile:descrivere	
55	CM	Possibilità di personalizzare fantasia e colore del modello	
56	CM	Possibilità di personalizzazione mediante scritta sul DPI (descrivere)	
57	CP	Possibilità di personalizzazione individuale mediante scritta sul DPI con sistema a velcro o equivalente	
58	CM	Copricollare monouso	
59	CP	Universalità per copricollare monouso	
60	CM	Copricollare riutilizzabile	
61	CP	Universalità per copricollare riutilizzabile	
62	CM	Etichettatura di ogni singolo DPI indicante marchio, tipo e spessore equivalente dei materiali costruttivi secondo	
63	CM	Tipologia di etichettatura del DPI	
64	CP	Opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nelle voci precedenti. (Descrivere e allegare schede tecniche)	
65	CM	Fornire certificazione attenuazione del materiale schermante per le tensioni (50-70-90-110) kV secondo normativa	
66	CM	Schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione	
67	CP	Opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nelle voci precedenti. (Descrivere e allegare schede tecniche)	
68	CP	Ritiro e smaltimento dei DPI dichiarati in fuori uso in possesso della stazione appaltante	
69		<b>B - GARANZIA E FORMAZIONE</b>	
70	CM	Garanzia non inferiore a 12 mesi del mantenimento dei requisiti originari dei DPI (Descrivere l'offerta)	
71	CP	Garanzia superiore a 12 mesi del mantenimento dei requisiti originari dei DPI	
72	CM	Tempi di fornitura DPI sostitutivo durante il periodo di garanzia	
73	CM	Formazione su utilizzo e manutenzione dei DPI agli operatori (Descrivere)	
74	CM	Tempo di fornitura dall'ordine massimo di 60 giorni	
75	CP	Tempo di fornitura dall'ordine massimo di 45 giorni	
76	CP	Supporto scientifico del personale	
77		<b>C - PULIZIA E SANIFICAZIONE</b>	
78	CM	Modalità di pulizia e prodotti da utilizzare. Allegare schede tecniche e/o manuali d'uso del produttore e certificazioni	
79	CP	Modalità di sanificazione prodotti da utilizzare. Allegare schede tecniche e/o manuali d'uso del produttore e	
80	CP	Fornitura di prodotti idonei alla pulizia dei DPI	
81	CP	Fornitura di prodotti idonei alla sanificazione dei DPI	
82		<b>D - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ</b>	
83	CM	Descrizione del sistema di tracciabilità proposto	
84	CM	Tipologia di elemento utilizzato per la rintracciabilità (etichetta, microchip o altro): descrivere	
85	CM	Resistenza del sistema al metodo di sanificazione e pulizia proposto	
86	CP	Possibilità di inserimento nel sistema di tracciabilità dei DPI già in possesso dell'azienda appaltatrice	
87	CM	Sistema di gestione dei dati di tracciabilità dei DPI: descrivere.	
88	CM	Modalità di acquisizione dei dati di tracciabilità: descrivere	



89	CM	Sistema di gestione dei dati di tracciabilità dei DPI: descrivere.		
90	CM	Modalità di acquisizione dei dati di tracciabilità: descrivere		
91	CP	HW a corredo del sistema: descrivere		
92	CM	Garanzia di 24 mesi su sistema di tracciabilità		
93	CP	Garanzia superiore a 24 mesi su sistema di tracciabilità		
94	CP	Integrabilità del SW con altri applicativi/sistemi informativi aziendali		
95	CM	Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): 72 ore		
96	CM	Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): 144 ore		





REGIONE MARCHE

Numero 119/AORMNDGEN

Data 06/03/2019

**DETERMINA N. 119/AORMNDGEN DEL 06/03/2019**


**Acquisizione di Dispositivi di protezione individuale e anti radiazioni X tramite richiesta di offerta economica (Rdo) del Me.PA. di Consip S.p.A. Modifica questionario tecnico del lotto n. 1**

**PUBBLICAZIONE:**dal 06/03/2019 al 20/03/2019**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 06/03/2019
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**
 Livia Fedele

06/03/2019

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO 

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_