



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

**UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI,
SERVIZI E LOGISTICA**

Dirigente

Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721/363640

Settore Appalti e Contratti

Tel: 0721/366340/41/48/70
Telefax 0721/366336

chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

? Prot. n.

? Id. n.

Pesaro, lì 16/11/2017

A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: procedura aperta per la fornitura in accordo quadro di dispositivi medici vari per il fabbisogno della UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica e UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia dell'AORMN per la durata di quattro anni.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si precisa quanto di seguito indicato:

- ai sensi di quanto previsto dal punto 10.5 del disciplinare di gara, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, sostenute da questa Azienda, sono state pari ad € 2.079,55. Si precisa sin d'ora che l'importo complessivo sostenuto da questa Azienda per la pubblicazione del bando di gara integrale e dell'avviso d'esito sulla GURI saranno ripartite fra le imprese aggiudicatrici non in proporzione all'importo complessivo aggiudicato ma sulla base del numero di operatori economici;
- con determina n.822 del 16/11/2017 (scaricabile dall'Albo Pretorio on line) questa Azienda ha modificato/integrato la documentazione di gara precedentemente pubblicata; in allegato ai presenti chiarimenti si pubblicano i seguenti nuovi documenti, che sostituiscono i precedenti:
 - disciplinare di gara integrato/modificato;
 - capitolato tecnico integrato/modificato;
 - modulo offerta modificato (il nuovo file di excel pubblicato in allegato consta di n.6 fogli di cui uno complessivo ed i restanti dedicati alla formulazione dell'offerta economica per i lotti: 11; 12, 35, 36, 37, 38 e 42);(al fine di agevolare l'esame delle citate modifiche/integrazioni da parte degli operatori economici le stesse sono state evidenziate con carattere di colore rosso).
- si richiama l'attenzione degli operatori economici a quanto previsto dall'art.5 del capitolato tecnico in merito all'equivalenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche di minima richieste (cfr. *"...I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche essenziali di minima, per singolo lotto. La mancanza di anche uno dei requisiti richiesti determina l'esclusione, fatta salva l'applicazione dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 smi).* E' onere degli operatori economici dimostrare che il prodotto proposto ottempera in maniera equivalente ai requisiti tecnici richiesti (cfr. come esplicitato all'art. 3, punto 10 del capitolato tecnico).
- è facoltà degli operatori economici partecipanti a lotti aventi ad oggetto "kit" allegare al modulo offerta il dettaglio dei prezzi unitari dei singoli componenti del kit offerto; resta inteso che la somma dei prezzi unitari dei vari componenti del kit dovrà corrispondere al prezzo unitario del kit indicato nel modulo offerta;
- il termine "non frazionabile" indicato al punto 17.1 del disciplinare di gara è da intendersi riferito all'aggiudicazione dei lotti non oggetto di accordo quadro (cfr. art. 5 - lett. A: lotti 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-30-34-47-48-49-50-51-52-53).

pag 1
dfe

I restanti lotti verranno aggiudicati sulla base delle modalità disciplinate dall'art. 5 del capitolato tecnico;

- come risulta dal modulo offerta predisposto da questa Azienda, il ribasso sul quale verrà calcolato il "Vi" di cui alla formula per l'attribuzione del punteggio prezzo è determinato con riferimento all'importo complessivo a base d'asta di ogni singolo lotto (senza considerare l'opzione d'acquisto).

Di seguito si forniscono le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute entro il termine ultimo previsto dal bando di gara:

1. *"Si chiedono indicazioni su quali parti del DGUE vanno compilate".*
Gli operatori economici sono tenuti a compilare le seguenti parti del DGUE:
 - Parte I;
 - Parte II (lett. A; B; C e D);
 - Parte III (lett. A; B; C e D);
 - Parte IV (lett. A; C n. 10- 11 e 12);
 - Parte VI
2. *"E' possibile l'abbattimento al 50% della cauzione provvisoria se si è in possesso della certificazione ISO 13485:2012?"*
Sì.
3. *E' possibile presentare il certificato di conformità CE e certificato ISO in lingua originale inglese?*
Sì; è facoltà degli operatori economici presentare sia il certificato di conformità CE e certificato ISO in lingua originale inglese sia presentare, unitamente a copia dei certificati in lingua originale, traduzione in italiano degli stessi unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 smi, attestane che la traduzione è conforme al testo originale;
4. *E' possibile produrre la letteratura scientifica in lingua originale inglese?*
Sì; è facoltà degli operatori economici presentare la letteratura scientifica in lingua originale inglese o presentare traduzione in italiano della stessa unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 smi, attestante che la traduzione è conforme al testo originale.
Si evidenzia che la letteratura scientifica dovrà essere presentata esclusivamente su formato digitale.
5. *E' possibile presentare una sola busta B (offerta tecnica) e una sola busta C (offerta economica) anche se si partecipa a più lotti?*
Sì. Al fine di agevolare l'attività della Commissione giudicatrice si invitano gli operatori economici a voler presentare, all'interno della busta unica, la documentazione tecnica suddivisa in intercalari o fascicoli o ulteriori buste, in relazione a ciascun lotto per il quale si presenta offerta;
6. *Si chiede se la campionatura deve essere presentata in sede di offerta e se il numero di campioni da presentare è pari ad uno per ogni lotto per il quale si presenta offerta?*
La campionatura non è richiesta in fase di offerta. La Commissione giudicatrice si riserva di richiedere idonea campionatura in fase di valutazione tecnica (cfr. punto 17 del disciplinare di gara).
7. *Vogliate confermate, essendo l'appalto suddiviso in lotti con criteri di selezione diversi tra loro, che occorrerà compilare un DGUE per gruppo di lotti con identici criteri di selezione.*
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1
8. *Si chiede gentilmente di voler indicare quali parti del DGUE sono da compilare*
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.
9. *Si chiede di voler confermare che la certificazione CE e la dichiarazione di conformità possono essere presentati in lingua originale.*

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3.

10. *Siamo a chiedere chiarimenti sulle valorizzazioni a Base d'Asta assegnate ai dispositivi del lotto 7 – campo Sterile. In particolare rileviamo un eccessivo discostamento fra la valorizzazioni a Base d'Asta del Set (Sub-lotto 7.1) e degli imbustamenti singoli (sub-lotti 7.2; 7.3; 7.4; 7.5).*
Si conferma l'importo a base d'asta del lotto 7 ed i relativi sub-importi dei sub-lotti 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5).
11. *Siamo a chiedere il criterio di aggiudicazione del lotto 7: ogni Sub-lotto (7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5) quale criterio o modalità di aggiudicazione verrà seguito?*
L'aggiudicazione avverrà sulla base dei criteri di valutazione previsti per il sub-lotto 7.1; tali criteri consentono la valutazione anche dei DM oggetto dei sub-lotti 7.2, 7.3; 7.4; 7.5. in quanto rientranti nel kit procedurale.
12. *Documentazione tecnica: va presentata una busta con l'indicazione "BUSTA B - contiene documentazione tecnica" contenente all'interno tante buste, per quanti sono i lotti di partecipazione, riportati all'esterno, o un'unica busta?*
Si rinvia alla risposta al quesito n. 5.
13. *Offerta economica: va presentata una busta "BUSTA C - contiene offerta economica " contenente all'interno tante buste, per quanti sono i lotti di partecipazione, riportati all'esterno, o un'unica busta?*
E' facoltà degli operatori economici sia presentare un'unica busta contenente all'interno tante buste quanti sono i lotti di partecipazione sia un'unica busta.
14. *Nell'offerta economica, è possibile allegare un elenco con la distinta dei codici ove prevista la gamma di misura?*
Sì; è possibile allegare all'offerta economica un elenco con la distinta dei codici ove prevista la gamma di misura
15. *"sul CD da inserire nella busta amministrativa/tecnica è possibile salvare un file unico in pdf derivante dalla scansione dei documenti firmati?"*
E' possibile salvare un unico file in pdf relativamente al CD contenente la documentazione amministrativa.
Relativamente alla documentazione tecnica si invitano gli operatori economici a salvare i files in pdf, firmati digitalmente, suddivisi per lotto, in cartelline aventi il nome del lotto cui la documentazione tecnica si riferisce
16. *E' possibile inserire nella busta tecnica i certificati ISO/CE in lingua inglese senza traduzione?*
Si rinvia alla risposta al quesito n. 3
17. *ART. 7.5 disciplinare di gara*
In considerazione del fatto che sia le certificazioni che gli studi pubblicati sono principalmente in lingua inglese e dei notevoli costi che sarebbero eventualmente da sostenere per poter produrre una traduzione giurata, si chiede che per le certificazioni di qualità ISO, le certificazioni CE e la letteratura sia possibile produrre il documento in lingua straniera
Si rinvia alla risposta al quesito n. 4
18. *ART. 14.3 disciplinare di gara*
Come da linee guida sulla compilazione DGUE, si chiede di indicare i paragrafi e le sezioni del DGUE che devono essere compilati.
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1
19. *ART. 16 – 17 E 17.3.2 disciplinare di gara*
Con riferimento al criterio di aggiudicazione Qualità Prezzo, considerando che il coefficiente prezzo viene calcolato sullo sconto maggiore e non sul prezzo minore, sarebbe opportuno a ns. avviso che nello schema offerta sia prevista anche l'indicazione dello sconto formulato sulla base d'asta.
Il ribasso offerto verrà calcolato da questa Azienda in fase di apertura delle offerte economiche

Ac.3
C/E

20. Si chiede, inoltre, quante cifre decimali dopo la virgola sono considerate nella formulazione dell'offerta.
Sono ammesse 3 cifre decimali dopo la virgola
21. Si chiede se per il lotto 11 è possibile inserire prezzi differenti all'interno dello stesso
Si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato tecnico ed al modulo offerta modificati ed allegati ai presenti chiarimenti
22. LOTTO 7 – SUB LOTTO N.7.1 – VOCE 16: che cosa si intende per chiusura irreversibile?
Si intende una chiusura che non deve essere riapribile
23. LOTTO 7 – SUB LOTTO N.7.1 – VOCE 17 – PUNTO 3: qual è il poligrafo in dotazione e qual è il modello?
Poligrafo GE mod. Tram Rac 4
24. abbiamo provato ad effettuare i pagamenti all'AVC PASS ma nel sito i CIG non risultano perfezionati.
I CIG sono stati perfezionati in data 16/11/2017
25. lotto 13 - All'interno del kit per pericardiocentesi deve essere inserito un catetere pigtail ? In caso affermativo, da quanti French deve essere?
No; all'interno del kit non deve essere inserito un catetere pigtail
26. Lotto 13 – Al punto 7 scrivete “ 2 ciotole in plastica: 1 da 500 ml, 1 da 250 ml”. E' possibile inserire 1 ciotola da 400 ml invece che da 500 ml?
Sì; la ciotola da 400 ml si ritiene funzionalmente equivalente alla ciotola da 500 ml
27. Lotto 13 – al punto 14 scrivete “ 1 ago per pericardiocentesi diametro esterno 1.3 mm, diametro interno 0.9 mm (che accetti un filo guida angiografico 0.035”), lungo 150 ± 10 mm”. E' possibile inserire un ago lungo 120 mm?
No; si confermano le caratteristiche tecniche previste nel capitolato tecnico
28. lotto 7 – sub-lotto 7.1 al Punto 14 scrivete” 6 strisce di colore diverso, adesive, con nomi di farmaci: adenosina, contrasto, lidocaina, nitro, TNG, eparina” E' possibile inserire un set di etichette adesive senza nomi oppure con nomi di farmaci diversi rispetto a quelli indicati?
No.
29. Lotto 7 – sub-lotto 7.1 al Punto 5 scrivete “5 ciotole in plastica: 1 da 250 ml, 1 da 500 ml, 2 da 1000 ml ed una da 26 cm di diametro”. E' possibile inserire una ciotola da 400 ml invece che da 500 ml e una ciotola con diametro da 25 cm invece che da 26 cm?
Sì; la ciotola da 400 ml si ritiene funzionalmente equivalente alla ciotola da 500 ml.
La ciotola con diametro da 25 cm si ritiene funzionalmente equivalente alla ciotola con diametro 26 cm.
30. Lotto 7 – sub-lotto 7.2 la quantità indicata nel capitolato tecnico è di n. 200/anno per cui la quantità quadriennale è di n. 800 pezzi, mentre nel modulo dell'offerta economica è indicata come quantità quadriennale n. 1.200 pezzi. Quindi qual è la quantità quadriennale corretta?
La quantità corretta è pari a 1.200 pezzi.
31. Lotto 18 – gli accessori per l'impianto del device (sistema di rilascio armato e guida armata) possono essere indicati nell'offerta economica in sconto merce?
Il modulo offerta prevede l'indicazione del prezzo unitario del kit.
Si invitano gli operatori economici ad allegare al modulo offerta elenco prezzi dei singoli componenti del kit (in tale allegato i citati accessori potranno essere indicati a costo “0”);
32. Nel Disciplinare al punto 10.2 viene indicato che “l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 10 (dieci) mesi decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, mentre nel bando al punto IV 2.6 “il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla

241 4

CF

propria offerta: durata in mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte” Quindi dobbiamo considerare l’offerta e la cauzione provvisoria vincolate per 10 o per 6 mesi?
Si rinvia al disciplinare di gara modificato/integrato allegato ai presenti chiarimenti

33. *E’ possibile conoscere la quantità dei campioni che potrebbe essere richiesta dalla commissione giudicatrice per i lotti 7-8-13 nella fase 2 della valutazione tecnico- qualitativa?*

La Commissione giudicatrice, che verrà nominata solo dopo il termine ultimo di presentazione delle offerta, avrà la facoltà di richiedere idonea campionatura per lo svolgimento dell’attività valutativa.

34. *Nel capitolato tecnico all’ art. 3 al punto n. 3 viene richiesto “ il foglio illustrativo presente nelle confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana”, per i nostri prodotti il foglio illustrativo presente nelle confezione del dispositivo è in diverse lingue, Vi inviamo le istruzioni per l’uso in versione integrale multilingua oppure solamente la parte relativa alla lingua italiana?*

E’ possibile presentare la versione integrale multilingua purché sia presente la lingua italiana.

35. *Considerando che è richiesta una “busta B – offerta tecnica” e “una busta C – offerta economica” per ogni lotto si chiede se, in caso di partecipazione a più lotti, le singole buste riportanti il nr. del lotto, sigillate e controfirmate, devono essere inserite rispettivamente in un’unica busta con all’esterno la dicitura “ offerta tecnica lotti n.... “ e “offerta economica .lotti n....” anch’esse sigillate e controfirmate.*

Si rinvia alle risposte ai quesiti n.5 e n. 6.

36. *DGUE -parte IV “criteri di selezione” Si chiede conferma che le lettere “B - capacità economica e finanziaria ” e “C - capacità tecniche e professionali” non devono essere compilate in quanto non richieste dal bando e dal disciplinare.*

Si rinvia alla risposta al quesito n. 1

37. *Relativamente alla documentazione tecnica da presentare in formato elettronico su cd chiediamo se sia sufficiente apporre sulla documentazione solo la firma digitale, senza la firma autografa.*

E’ sufficiente presentare la documentazione tecnica firmata digitalmente.

38. *Si richiede se possano essere inseriti degli allegati all’offerta economica predisposta secondo il Vostro schema.*

Si

39. *“I documenti ALL__4_Capitolato_Tecnico, ALL__3_Capitolato_speciale__emodinamica, ALL__6_DUVRI, ALL__5b_Schema_di_contratto_estimatorio ALL__5a_Schema_di_accordo_quadro devono essere firmati e allegati alla risposta?*

No; la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto è esclusivamente quella elencata al punto 14 del disciplinare di gara

40. *Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, oltre al documento in originale, serve anche l’atto del notaio per la fideiussione?*

No;

41. *“chiediamo se dove esistano i sub lotti l’aggiudicazione avvenga per singolo sub lotto”.*

No; l’aggiudicazione avviene per singolo lotto.

In caso di sub lotti si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del capitolato tecnico (cfr. ...In caso di lotti composti...il punteggio tecnico sarà quello risultante dalla media matematica ottenuta dai singoli componenti..)

42. *in merito alla compilazione del DGUE avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:*

PARTE II – lettera B “informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” Relativamente alla sezione “eventuali rappresentanti” si chiede conferma che, nel caso di società di capitali con meno di quattro soci dove le quote sociali sono divise al 50% tra una persona fisica ed una persona giuridica, debbano essere indicati i legali rappresentanti dell’operatore economico, il socio al 50 % persona fisica e tutti i legali rappresentanti del socio al 50% persona giuridica.

Si conferma

43. *PARTE IV - CRITERI DI SELEZIONE* si chiede conferma che debbano essere compilate solo la sezione A e la sezione B in quanto le altre contengono informazioni non richieste nel bando.
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1
44. *Relativamente ad alcuni lotti di guide coronariche viene richiesto tra le caratteristiche tecniche la "possibilità di estensioni per ottenere una lunghezza totale almeno di 300 cm": si chiede se sia solo una caratteristica da evidenziare nella documentazione tecnica oppure se sia necessario inserire i riferimenti delle estensioni nel prospetto di offerta economica di ciascun lotto dove viene richiesta. Qualora dovesse essere inserita anche nell'offerta economica si prega di specificare le modalità considerando che l'estensione ha un prezzo diverso dalle guide e quindi si dovrebbero inserire due prezzi differenti all'interno di un singolo lotto. Ed in questo caso si chiede conferma che le estensioni non debbano concorrere al calcolo dell'importo complessivo del lotto.*
Si rinvia al nuovo capitolato tecnico allegato relativamente alle caratteristiche del lotto n. 42.
Si conferma che l'importo complessivo a base d'asta include anche le estensioni.
Per la presentazione dell'offerta si rinvia al nuovo modulo offerta allegato ai presenti chiarimenti.
45. *Si chiede conferma del prezzo a base d'asta dei lotti 23.1 e 23.2 in quanto non risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato per la specifica tipologia di prodotto;*
Si conferma la base d'asta del lotto 23 (e dei relativi importi dei sub-lotti 23.1 e 23.2)
46. *DISCIPLINARE DI GARA - PUNTO 13: per quanto riguarda la SIGILLATURA si chiede se sia sufficiente utilizzare lo scotch con il logo aziendale timbrato e firmato;*
Sì.
47. *CAPITOLATO TECNICO: Si chiede se la documentazione tecnica suddivisa per lotti vada inserita in buste singole sigillate e contenute in un'unica busta B - OFFERTA TECNICA*
Si rinvia alla risposta al quesito n. 5
48. *CAPITOLATO TECNICO (pag. 3) si chiede conferma se per ogni lotto di interesse vadano forniti 3 supporti informatici (3 CD uguali) contenenti la scansione della documentazione tecnica.*
Si conferma quanto richiesto
49. *MODULO DI OFFERTA: si chiede conferma che i costi della manodopera possano essere pari a 0 (zero) considerando che la scrivente si occupa di mera fornitura di dispositivi medici.*
Si conferma quanto richiesto
50. *MODULO DI OFFERTA: si chiede conferma che debba essere presentato un unico prospetto di offerta riportante tutti i lotti di interesse e se possono essere eliminate le righe relative ai lotti per i quali non si produce offerta;*
Si conferma quanto richiesto.
E' possibile eliminare le righe relative ai lotti per i quali non si produce offerta.
51. *MODULO DI OFFERTA: si chiede se sia possibile allegare all'offerta un dettaglio codici nel caso in cui non dovessero essere sufficienti i caratteri disponibili nei campi dello schema XLS.*
Sì
52. *In riferimento al lotto n. 5 diviso in sublotti, noi vendiamo il torquer nella stessa confezione del kit accessori con valvola automatica, sia il codice che il prezzo sono unici.*
E' possibile offrire un unico prodotto con unico prezzo?
Il lotto n. 5 è composta da nr. 1 kit + nr. 1 torquer.
53. *Premesso che a pag. 4 del capitolato speciale si afferma che: "la fornitura avrà una durata di anni 4" si chiedono delucidazioni in merito a quanto riportato nello schema di accordo quadro (vs. all. n.7) laddove all'art.2 "durata dell'accordo quadro" si riporta che: "il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della relativa stipula". Durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro l'amministrazione potrà avviare i singoli appalti specifici, che scadranno*

unitamente all'accordo quadro. Tutti gli appalti specifici avviati nell'ultimo semestre di efficacia dell'accordo quadro avranno una durata massima di sei mesi indipendentemente dalla data dell'avvio, purché l'avvio sia stato disposto prima della scadenza dell'accordo e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni dell'accordo quadro".

La durata della fornitura è di anni 4.

54. In riferimento al lotto n.20 si chiede di modificare il parametro di lunghezza indicato da 110 +/- 10cm a 100 +/- 10cm. La richiesta si basa sulla lunghezza "tipica/standard" dei dispositivi richiesti, che risulta essere di 100 cm e non 110 cm oltre che sulla destinazione d'uso dei dispositivi stessi (Servizi di Emodinamica).

Si rinvia al nuovo capitolato tecnico allegato ai presenti documenti.

55. All'art. 5 "modalità di affidamento dei lotti" del capitolato tecnico in riferimento ai dispositivi relativi alla categoria-tipo "E", saranno ammessi all'accordo un numero minimo di 3 e massimo pari a 2/3 degli operatori economici idonei (nella graduatoria provvisoria) in base a quanto riterrà opportuno la SA.

Cosa si intende per "in base a quanto riterrà opportuno la SA"?

Possiamo considerare il parametro 2/3 come indice massimo per il numero degli operatori ammissibili all'accordo? In caso contrario non si avrebbe trasparenza né chiarezza circa il numero degli operatori potenzialmente rientranti all'accordo.

Si rinvia al nuovo capitolato tecnico allegato ai presenti chiarimenti

56. In riferimento al lotto n.21, si chiede conferma della possibilità di presentare offerta anche per cateteri privi di trattamento con processo antitrombotico ed antimicrobici e/o di non considerare tale caratteristica quale elemento essenziale. La richiesta risulta supportata - dal punto di vista clinico - dalla breve permanenza del dispositivo all'interno del paziente e dalla manipolazione dello stesso in un campo sterile. L'impiego ed utilizzo dei cateteri richiesti è destinato infatti, come da capitolato, alla UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica.

Si confermano le caratteristiche tecniche del lotto

57. In riferimento al lotto n.26, si chiede conferma che la richiesta di non idrofilia sia da intendersi relativa in particolare alla porzione distale del catetere.

Si conferma

Ai sensi del punto 6.4 del disciplinare di gara si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Id. P. 340/17/EMOD

Il RUP

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



