

	UOC MEDICINA INTERNA	ALL01_IOmedgl001_SIC	Pag 1 di 1
	<i>MODULO ESPLICATIVO</i>	Verifica Dr E Berselli - RAQ	Rev 02
	SONDINO NASO-GASTRICO	Approvazione Dr. G. Frausini Direttore UOC Medicina	Del Maggio 2019

Gentile Signora/e,
ogni atto medico richiede l'assenso dell'interessato/a dopo adeguata informazione. Le chiediamo quindi di leggere questo documento, a testimonianza del più ampio momento informativo e deliberativo tra noi intercorso.

DEFINIZIONE

Il sondino naso-gastrico è un piccolo tubicino di plastica o gomma che viene introdotto passando dal naso fino a raggiungere lo stomaco.

INDICAZIONI

Viene usato per detendere lo stomaco nel trattamento dell'occlusione intestinale; per rimuovere delle sostanze tossiche ingerite; per ottenere un campione del contenuto gastrico da analizzare (volume, acidità, sangue); per l'apporto di sostanze nutritive con l'alimentazione artificiale.

CONTROINDICAZIONI

L'ostruzione nasofaringea o esofagea, i traumi maxillofacciali, le alterazioni incontrollabili della coagulazione e la presenza di voluminose varici esofagee.

METODICA DI INTRODUZIONE

Per il posizionamento del sondino, si fa sedere il paziente con lo schienale a 45 gradi o lo si fa giacere in decubito laterale sinistro. Con il capo parzialmente flesso, la sonda, ben lubrificata, viene inserita attraverso la narice, diretta posteriormente e poi inferiormente per assecondare la conformazione del nasofaringe. Appena l'estremità raggiunge la parete posteriore della faringe, il paziente deve deglutire dell'acqua. L'aspirazione di succo gastrico conferma il posizionamento della sonda nello stomaco. Con le sonde più grandi la corretta posizione può essere confermata insufflando da 20 a 30 ml di aria e auscultando il passaggio dell'aria stessa con il fonendoscopio a livello della regione sottocostale sinistra.

COMPLICANZE

Sono rare e includono i traumi nasofaringei con o senza emorragia, l'emorragia o la perforazione traumatica dell'esofago o dello stomaco e la penetrazione intracranica o mediastinica (molto rare).

ALTERNATIVE

Non sono possibili alternative.