



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

**UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI,
SERVIZI E LOGISTICA**

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721/363640

Settore Appalti e Contratti
Tel: 0721/366340/41/48/70
Telefax 0721/366336

chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

Prot. n.

Pesaro, li 17/01/2018

Id. n.

A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: procedura aperta per la fornitura, in più lotti, di materiale per il confezionamento degli oggetti da sterilizzare/sterilizzati e le prove di sterilizzazione dell'AORMN per la durata di tre anni.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si precisa quanto di seguito indicato:

- ai sensi di quanto previsto dal punto 10.5 del disciplinare di gara, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, sostenute da questa Azienda, sono state pari ad €1.994,98. Si precisa sin d'ora che l'importo complessivo sostenuto da questa Azienda per la pubblicazione del bando di gara integrale e dell'avviso d'esito sulla GURI saranno ripartite fra le imprese aggiudicatrici non in proporzione all'importo complessivo aggiudicato ma sulla base del numero di operatori economici;

- da verifica, sono emersi errori nella determinazione delle unità di misura e conseguenti base d'asta dei lotti n.1, 4 e 12.

Ciò posto, si rinvia al nuovo "dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_17_01_2018" allegato ai presenti chiarimenti (All.n.1) ed al nuovo modulo offerta "nuovo_modulo_offerta_17_01_2018" allegato ai presenti chiarimenti (All.n.2).

Si invitano gli operatori economici a porre attenzione ai nuovi importi a base d'asta.

Infine, si precisa che i numeri dei relativi CIG rimangono invariati.

Di seguito si forniscono le risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti:

1. RIF Disciplinare di gara pag. 1, nella documentazione di gara viene indicato il documento B4 Questionario Tecnico, però non ci risulta sia stato pubblicato sul sito internet della V.s. Spett.le Azienda. Si chiede se trattasi di refuso, in caso contrario si prega di inviare/pubblicare tale documento;

Il documento "Questionario Tecnico" viene pubblicato in data odierna quale allegato (All. n.3) ai presenti chiarimenti.

2. RIF Disciplinare di gara pag. 1, nella documentazione di gara viene indicato il documento B1 domanda di partecipazione e modulo dichiarazione di atto notorio, sul sito internet della V.s. Spett.le Azienda è stato pubblicato il documento con file word denominato "modulo_atto_notorio", trattasi dello stesso documento o manca un file?

Trattasi dello stesso documento, per chiarezza, in allegato, si pubblica nuovo documento debitamente rettificato (All. n.4).

3. RIF Disciplinare di gara pag. 1, nella documentazione di gara viene indicato il documento B3 Modulo offerta, sul sito internet della Vs. Spett.le Azienda è stato pubblicato il documento con file word denominato "modulo_offerta", trattasi dello stesso documento?
Si conferma, trattasi dello stesso.
4. RIF Disciplinare di gara pag. 1, nella documentazione di gara viene indicato il documento 4 DOCUMENTO INFORMATIVO AORMN e il PATTO D'INTEGRITÀ. Tali documenti non sono stati pubblicati nella sezione di gara del sito internet. Si chiede se è corretto scaricare tali documenti nella sezione generale del sito internet. I documenti presenti in questa sezione sono denominati "schema_patto_di_integrita" e "Documento_informativo_aziendale_versione_aprile_2017". Nel caso in cui non si tratti di questi documenti si prega di pubblicare quelli corretti;
Si conferma, i citati documenti devono essere scaricati dalla sezione generale del sito internet.
5. RIF Disciplinare di gara pag. 6, si chiede da quante buste deve essere composto il plico di gara. Infatti, al punto 13.4 si legge "il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate recanti.... E la dicitura rispettivamente: 1) "A - documentazione amministrativa"; 2) "B - Offerta tecnica e Offerta economica"". Le buste devono essere 2 o 3? La documentazione tecnica e l'offerta economica vanno inserite nella stessa busta?
Nel punto 13.4 è presente un refuso. Le buste richieste sono 2, trattandosi di procedura con aggiudicazione in favore del minor prezzo offerto. La documentazione tecnica e l'offerta economica vanno inserite nella stessa busta.
6. RIF Disciplinare di gara ART 14 punti 14.1-14.2 PAG 8, le dichiarazioni ai suddetti punti sono contenute tutte nel documento denominato "modulo_atto_notorio" predisposto dalla Staz. Appaltante, si chiede di precisare se è corretto compilare solo tale documento.
Si conferma.
7. RIF Disciplinare di gara ART 14 PAG 8, per la dichiarazione inerente l'accesso agli atti si chiede di precisare se è sufficiente la dichiarazione di "Non autorizzare" l'accesso agli atti o va allegata una dichiarazione con le motivazioni e l'elenco dei documenti da secretare? Nel caso in cui sia sufficiente la semplice dichiarazione si chiede se è possibile aggiungerla al documento denominato "modulo_atto_notorio";
E' necessario motivare il diniego e nel caso presentare elenco dei documenti da secretare. Si rinvia al modulo "domanda di partecipazione e modulo dichiarazione di atto notorio".
8. Rif. cauzione provvisoria, si chiede se l'importo della cauzione provvisoria vada calcolato sui prezzi a base d'asta triennali indicati nel documento "dettaglio_scheda_fabbisogno_DEFINITIVA_11_12_2017_2", in caso contrario si prega di indicare gli importi corretti della cauzione provvisoria o della base su cui calcolarli;
Si conferma, si rinvia alla nuova scheda fabbisogno allegato (All.n.1) "dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_17_01_2018"
9. Rif. lotto n. 1 file dettaglio_scheda_fabbisogno_DEFINITIVA_11_12_2017_2", si prega di confermare che la prima serie di prodotti relativa all'UM "Fogli" si riferisce alla Carta Crespata e la seconda serie al TNT;
Si conferma.
10. Rif. lotto n. 1, si chiede se è corretto che alla voce (rotoli) cm. 30x100 ci sia una quantità pari a zero. In tale caso si chiede se è possibile eliminarla, in caso contrario si chiede di indicare la quantità corretta e di aggiornare la base d'asta;
Si è corretto. il valore 0(zero) viene eliminato.
11. Rif. lotto n. 1, si chiede se le quantità riferite ai rotoli sono corrette. Infatti, non ci risulta che esistano in commercio rotoli con alcune lunghezze richieste (es. 10-72-36-88-48-4 metri). Infatti, per quanto a ns. conoscenza i rotoli in commercio hanno lunghezze di 100 o 200 mt, quindi, quantitativi minimi (lunghezza rotolo) molto superiori alle quantità richieste. Nel caso in cui le quantità si riferissero a rotoli e non a metri, si segnala che la base d'asta risulterebbe essere troppo bassa per poter offrire i prodotti. I valori 10-72-36-88-48-4 sono riferiti a rotoli. Si vedano le premesse iniziali.

12. *Rif. lotto n. 1, si chiede se per la grammatura del TNT è prevista una tolleranza;*
Per tolleranza minima è da considerare 6%.
13. *Lotto n. 4, si chiede di precisare se le quantità indicate si riferiscono a metri o a n. rotoli. Infatti, la quantità richiesta è inferiore al n. di pezzi per confezione esistenti sul mercato. Inoltre l'importo del lotto ci sembra molto basso. Crediamo ci possa essere stato un errore nella formulazione del lotto;*
La quantità si riferisce a rotoli. Si vedano le premesse iniziali.
14. *Rif. lotto n. 10 file dettaglio_scheda_fabbisogno_DEFINITIVA_11_12_2017_2", si prega di precisare a quali prodotti, CBM o Martin, si riferiscono le due misure 24x24 in quanto le quantità richieste sono diverse*
La quantità 1000 è riferito a cbm.
La quantità 100 è riferito a martin
15. *Rif. lotto n. 11 file dettaglio_scheda_fabbisogno_DEFINITIVA_11_12_2017_2", si prega di precisare a quali prodotti si riferiscono, CBM-Martin-Martin Microstop-Aessculap, le 3 voci richieste; in quanto le quantità richieste sono diverse e vengono indicate 4 marche di container ma vengono richiesti solo 3 tipi di sigilli;*
14.000 AESCULAP/CBM
26.000 MARTIN-MICROSTOP
2000 MARTIN
16. *ref. Lotto n. 15, si fa presente che la norma EN ISO 11607-2 è una norma di processo e non di prodotto, pertanto non è possibile dichiararne la conformità;*
Trattasi di refuso, non è richiesta la conformità alla norma EN ISO 11607-2.
17. *Spettabile Ente, in riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiederVi se il plico di gara deve contenere DUE o TRE buste chiuse e sigillate e se nella nr. 2 dobbiamo inserire sia l'offerta tecnica che quella economica. In questo caso devono essere separate e sigillate? A pag. 6 del disciplinare di gara al punto 13.4 l'indicazione non è chiara.*
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.5
18. *in riferimento al lotto n. 7, siamo a chiedervi gentilmente di specificare il formato delle etichette e il tipo di carta.*
Attenersi alle caratteristiche dei container citati nelle schede tecniche (circa altezza 4,5 cm per 4,8 cm).
19. *A pag. 7 del disciplinare vengono elencati i documenti da inserire nella Busta Amministrativa, e a pag. 9 i documenti da inserire nella Busta tecnica, si rileva che sul sito dell'ente non è presente il modello "domanda di partecipazione" e "Questionario tecnico". Si chiede cortesemente di fornire i suddetti fac-simile o di fornire indicazioni su dove reperirli.*
Si rinvia alle risposte fornite ai quesiti 1 e 2.
20. *Al Punto 13.4 del disciplinare di gara viene indicato che: "Il plico deve contenere tre buste chiuse e sigillate.... 1) A documentazione amministrativa, 2) B offerta tecnica ed economica." Si chiede di chiarire se le buste sono effettivamente tre e quindi nel plico di gara occorre inserire la busta A amministrativa – la busta B tecnica e – la busta C economica, oppure che sono 2 buste e pertanto si conferma che la documentazione tecnica è da inserire nella stessa busta di quella economica (busta B tecnica ed economica).*
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.5
21. *A pag. 9 del disciplinare viene indicato ... "la documentazione tecnica dovrà essere fornita sia in formato cartaceo sottoscritto sia in formato elettronico firmata digitalmente su CD ROM in 3 copie contenenti la documentazione presentata", si chiede conferma che è corretto fornire:*
 · Una copia cartacea firmata in ogni pagina
 · Tre cd rom contenenti una copia ciascuno della documentazione presentata firmata digitalmente
Si conferma.

22. *Si chiedono delucidazioni in merito alla compilazione dell'Offerta economica su modello fornito dall'ente "All. n. B3":*
 · *si chiede conferma che l'offerta economica va predisposta su un unico modello per tutti i lotti a cui si partecipa e pertanto non va predisposto un modello per ogni lotto. **SI CONFERMA***
 · *si chiede conferma che i prezzi unitari possano essere espressi con 5 decimali mentre il totale del lotto con 2 decimali.*
Si conferma che i prezzi unitari possono essere espressi con 5 cifre decimali, mentre il totale del lotto con 3 cifre decimali dopo la virgola.
23. *Con riferimento al LOTTO 1 nel capitolato speciale di gara viene richiesto che la grammatura di:*
 · *buste e rotoli piatti sia di almeno 60 gr/mq*
 · *buste e rotoli soffiati sia di almeno 70 gr/mq*
Chiediamo di uniformare la richiesta a 60 gr/mq per permettere una più ampia partecipazione delle aziende del settore. Si sottolinea, inoltre, che la grammatura del lato carta non è direttamente proporzionale alla resistenza alla trazione e allo strappo.
La grammatura di buste e rotoli sia piatti sia soffiati dovrà essere almeno di 60 gr/mq.
Si rinvia alla nuova scheda tecnica lotto 1 (All. n.5).
24. *Con riferimento al LOTTO 4 si chiede conferma che sia richiesto un nastro ad alta adesività, come riportato nella descrizione del lotto, ma non nelle caratteristiche tecniche del prodotto.*
Si conferma l'alta adesività del nastro indicatore per vapore come indicato nel titolo della descrizione del lotto 4 e indicato nella nuova scheda tecnica del lotto 4 che si allega (All. n.6).
25. *Con riferimento alla gara in oggetto, si segnala che quando si tenta di pagare il contributo ANAC, il sito segnala che [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.*
Anche quando si tenta di creare il PASSoe la risposta del sito è la seguente: Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito
Il pagamento e la creazione del PASSoe saranno possibili a decorrere dal 23/01/2018.
26. *Buongiorno si chiede conferma del numero di CIG per il lotto 1 in quanto dalla scheda fabbisogno sembra che manchi un numero.*
Il CIG integrale del lotto 1 è: 7334012A27.
27. *Spettabile Ente,*
Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, non è presente l'allegato 1 da compilare (domanda di partecipazione).
Anche il questionario tecnico non è presente tra i moduli da compilare. Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.1
*Il post vendita è da allegare all'interno della documentazione tecnica? **Si conferma.***
*Anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio fa riferimento ad altra gara. Potreste cortesemente ripubblicare tale documento con la dicitura esatta (soprattutto per quanto concerne il riferimento alle forniture "identiche" da dettagliare, possiamo fare riferimento a materiale di sterilizzazione.) **Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.2***
28. *Buongiorno, si chiede di indicare le parti del DGUE da compilare*
Parte I.
Parte II (A,B,C e D)
Parte III (A, B, C e D)
Parte IV (A, C n.10-11-12)
Parte V

Ai sensi del punto 6.4 del disciplinare di gara si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le

integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il RUP
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Allegati:

- All.n.1) dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_17_01_2018;
- All.n.2) nuovo_modulo_offerta_17_01_2018;
- All.n.3) Questionario Tecnico;
- All.n.4) Nuova Domanda di partecipazione e modulo dichiarazione di atto notorio;
- All.n.5) Nuova scheda tecnica Lotto 1;
- All.n.6) Nuova scheda tecnica Lotto 4.