

Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI,
SERVIZI E LOGISTICA

Dirigente

Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721/363640

Settore Appalti e Contratti
Tel: 0721/366340/41/48/70
Telefax 0721/366336

chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

- Prot. n.
 Id. n.

Pesaro, li 25/01/2018

A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: procedura aperta per la fornitura, in più lotti, di materiale per il confezionamento degli oggetti da sterilizzare/sterilizzati e le prove di sterilizzazione dell'AORMN per la durata di tre anni.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si evidenzia che:

- Si segnala che i CIG sono stati perfezionati, pertanto, il pagamento del contributo ANAC e la creazione del PASSOE saranno possibili dalle ore 10:00 del 25/01/2018;

Di seguito si forniscono le risposte alle ultime richieste di chiarimenti pervenute entro il termine ultimo previsto dal bando di gara:

1. *Con riferimento al Lotto 1, si chiede conferma che è possibile offrire una tipologia di TNT privo di cellulosa. Questo tipo di tessuto non tessuto è compatibile con la sterilizzazione a Vapore, ad Ossido di Etilene e a Perossido di Idrogeno (compreso gas plasma).*

Si chiede di attenersi alle caratteristiche riportate nel capitolato tecnico

2. *Nelle specifiche tecniche relative al Lotto 5 viene indicato che sull'etichetta di ogni fiala siano riportate alcune indicazioni tra cui "il nome del fabbricante". Si chiede conferma che venga considerata idonea anche una fiala riportante il "nome commerciale del prodotto" in quanto la norma di riferimento UNI EN ISO 11138-1:2006 al par. 4.3.1 recita: "... le seguenti informazioni devono essere fornite sull'etichetta di ogni unità di sospensione, imballaggio di supporto inoculato e indicatore biologico:*

- ommissis....

- il nome del fabbricante, il marchio commerciale, l'indirizzo o altri mezzi di identificazione."

Si chiede di attenersi alla normativa di riferimento UNI EN ISO 11138-1:2006

3. *Con riferimento ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018 relativi al Lotto 12, rileviamo che è stata modificata l'unità di misura da metri in "rotoli da 100 mt". Per permettere una maggiore partecipazione chiediamo che le quantità siano indicate in metri, dal momento che in commercio esistono anche rotoli di lunghezza 70 mt.*

Si conferma e rimanda al nuovo

"dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_23_01_2018_def".

4. *Relativamente al LOTTO n. 1:*

- Si richiede quali siano le tolleranze ammesse sia per le grammature che per le misure indicate.

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 23/01/2018.

- Si chiede conferma delle grammature obbligatorie richieste per le buste ed i rotoli ("...almeno 60 g/m² per le buste piatte e a soffietto e di almeno 70 g/m² dei rotoli piatti e a soffietto...")

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018.

- *Si chiede di specificare con chiarezza l'unità di misura richiesta per i rotoli piatti e a soffietto (l'indicazione a capitolato di "metri" pare un refuso, visto il loro esiguo numero). Si chiede conferma della base d'asta complessiva in considerazione di quanto richiesto al precedente punto 3).*

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 23/01/2018.

- *Si chiede conferma in merito al fatto che per la misura cm 30 dei rotoli piatti il quantitativo di gara sia pari a 0.*

Si conferma.

- *Si chiede la possibilità di offrire un prodotto in TNT realizzato con tecnologia SMMS anziché misto cellulosa/poliestere e con grammatura inferiore.*

Si chiede di attenersi alle caratteristiche riportate nel capitolato tecnico

5. *Relativamente al LOTTO n. 4: Si chiede di specificare chiaramente l'unità di misura richiesta per i nastri ad alta adesività (l'indicazione a capitolato di "metri" pare un refuso, visto il loro esiguo numero: generalmente, infatti, la confezione minima di nastri di tale tipologia è pari a m 2.400).*

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 23/01/2018

6. *Relativamente al LOTTO n. 6: Si richiede di specificare quali siano le tolleranze ammesse per le misure indicate a capitolato.*

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 23/01/2018

7. *Relativamente al LOTTO n. 9: Si chiede conferma della base d'asta indicata.*

Si conferma


8. *Relativamente al LOTTO n. 12: Si chiede di specificare l'unità di misura indicata (l'indicazione a capitolato di "metri" pare un refuso, visto il loro esiguo numero: i rotoli in Tyvek, infatti, sono disponibili in commercio in lunghezza pari a 70 metri o 100 metri e, pertanto, i quantitativi indicati nella Scheda Fabbisogno risultano essere inadeguati). Si chiede, quindi, di rettificare la Scheda fabbisogno con l'indicazione delle necessarie specifiche nonché l'inevitabile rivalutazione della base d'asta.*

Si rinvia ai chiarimenti pubblicati in data 23/01/2018.

Ai sensi del punto 6.4 del disciplinare di gara si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

II RUP

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Id. P. 375/17/C.STER.