



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Mail to
chiara.deusanio@ospedalimarchenor
d.it

Pesaro, li 28/04/2014

Oggetto: procedura aperta per l'acquisizione di un sistema di neuronavigazione. Chiarimenti.

Nel richiamare preliminarmente i chiarimenti pubblicati in data 14/04/2017 ed in data 21/04/2017, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti alle richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dal disciplinare di gara:

1) Si chiede di specificare il numero e le tipologie di procedure incluse nello starter kit del sistema di neuronavigazione e del sistema motorizzato.
Lo starter kit deve comprendere tutti gli accessori necessari per effettuare almeno n.1 intervento di tutte le diverse tipologie di interventi elettromagnetici ed ottici.

2) Si chiede conferma che il punto B. della tabella al punto 1 dello SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA [...] ("materiale di consumo", importo IVA Esclusa 140.000,00 €) sia da intendersi come materiale di consumo relativo sia al sistema di neuronavigazione sia al sistema elettrico motorizzato. Si chiede pertanto di specificare il numero e la tipologia di procedura per meglio quantificare il kit di materiale di consumo - indicato nel modulo_offerta_DEFINITIVO - stimato in 40 kit / biennali: e.g. # di frese/perforatori/monouso per il sistema elettrico motorizzato e la tipologia di monouso per eseguire la procedura di navigazione (ottico / elettromagnetico / tipologia di procedura).

I 140.000 € iva esclusa si riferiscono solamente al materiale di consumo per il Neuronavigatore. Ogni kit deve essere comprensivo di tutti gli accessori necessari per effettuare le diverse tipologie di interventi elettromagnetici ed ottici; quindi n.40 kit identici.

Il sistema motorizzato indicato in capitolato è richiesto come caratteristica preferenziale e non di minima. Qualora fornito deve essere completo di ogni componente usurabile e consumabile necessario per il primo utilizzo (starter kit) e verrà valutato come indicato nella documentazione di gara.

La mancata presenza in offerta di tale sistema non preclude la partecipazione alla procedura di gara.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Id. P. 62/17/Neuroch.

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: P.le Cinelli 391 – 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
Centralino Pesaro 07213611 – Centralino Fano 07218821
www.marchenord.marche.it