



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Mail to
chiara.deusanio@ospedalimarchenor
d.it

Pesaro, li 14/04/2014

Oggetto: procedura aperta per l'acquisizione di un sistema di neuronavigazione. Chiarimenti.

Si forniscono i seguenti chiarimenti alle richieste ad oggi pervenute:

- 1) In riferimento alla fornitura di materiale consumabile successiva all'utilizzo degli starter kit, si chiede di chiarire le caratteristiche dei 40 kit indicati: 20 kit elettromagnetici + 20 ottici per un totale di 40 kit?

Ogni kit deve essere comprensivo di tutti gli accessori necessari per effettuare le diverse tipologie di interventi elettromagnetici ed ottici; quindi n. 40 kit identici.

- 2) Si chiede di confermare che la dicitura "eventuale" riferita alla fornitura di sistema motorizzato equivale alla dicitura "opzionale". In questo caso si richiede verifica dell'attribuzione del punteggio qualità (punto C: caratteristiche sistema motorizzato). Trattandosi di una fornitura opzionale si contesta l'attribuzione dello stesso punteggio attribuito a caratteristiche "pena l'esclusione" o comunque obbligatorie.

Il sistema motorizzato indicato in capitolato è richiesto come caratteristica preferenziale e non di minima. Qualora fornito deve essere completo di ogni componente usurabile e consumabile necessario per il primo utilizzo (starter kit) e verrà valutato come indicato nella documentazione di gara.

La mancata presenza in offerta di tale sistema non preclude la partecipazione alla procedura di gara.

- 3) cosa intendente nella parte denominata "Descrizione della fornitura" per n. 1 Sistema motorizzato elettrico completo di starter kit?

Si intende un sistema alimentato elettricamente per l'utilizzo di frese, lame e trapani. Qualora fornito, in quanto richiesta preferenziale e non di minima, deve essere completo di ogni componente usurabile e consumabile necessario per il primo utilizzo (starter kit).

- 4) Si chiede di confermare che la formula per il calcolo del punteggio economico indicata al punto 17.5.2 dello schema del disciplinare di gara europeo contenga un refuso.

Chiediamo conferma che la formula corretta sia da intendersi:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

con esponente $\alpha = 0,4$ come da voi indicato nella legenda sottostante la formula.

Si conferma che nello schema di disciplinare di gara, per un errore durante la modifica del file in formato in pdf, non è stato inserito l'esponente α .

Pertanto la formula per l'attribuzione del punteggio economico è la seguente:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

Dove

PE_i = punteggio economico del concorrente i -simo;

35 = punteggio economico massimo attribuibile

V_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -simo rispetto all'importo complessivo a base d'asta (pari ad € 322.000,00 IVA esclusa);


R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente;

esponente alfa = 0,4.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara, e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Id. P. 62/17/Neuroch.