

**COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI RADIOLOGICI
PORTATILI PER SCOPIA**

CIG: 6114631121

MODIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO:

RIF. CAPITOLATO TECNICO	Requisito da modificare:	REQUISITO MODIFICATO
parametro ID 19	arco a C: rotazione pivot (°) ≥ 400	<i>arco a C: rotazione pivot (°) ≥ 380</i>
parametro ID 20	arco a C: rotazione pivot (°) ≥ 720	<i>arco a C: rotazione pivot (°) ≥ 540</i>
parametro ID 123	processing: pan real time	<i>processing: pan in post-processing</i>
Parametro ID 154	centratore laser lato IB (asportabile)	<i>centratore laser lato IB (asportabile o integrato)</i>

Si allega nuova versione del Questionario Tecnico (file: Questionario Tecnico SISTEMI RADIOLOGICI PER SCOPIA - v02.xls)