

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -  
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"


---

Sede Legale: P.le Cinelli – 6121 Pesaro  
Tel. 0721/36.6320 - Fax 0721/362470

**Richiesta d'offerta su MePA**

**OGGETTO: acquisto di n°3 sistemi radiografici di acquisizione digitale mediante invio di richiesta d'offerta (RdO) sul Mercato elettronico della PA (MePA)**

**VERBALE  
del 22/09/2017**



**LAVORI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

<b>PROCEDIMENTO</b>	Fornitura di n.3 sistemi radiografici di acquisizione digitale. RDO 1654188
---------------------	---

Il giorno 22/09/2017 alle ore 09:00 presso lo studio del dott. Alberto Ciarmatori della UOC Fisica Medica del P.O. San Salvatore di Muraglia, via Lombroso, si riunisce, in seduta segreta la Commissione giudicatrice così composta:

- ✓ Dirigente Fisico della Fisica Medica, Dott. Alberto Ciarmatori (Presidente),
- ✓ Ingegnere della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Mauro Luciano (componente),
- ✓ Coordinatore tecnico, UOC Diagnostica per Immagini, Dott. Francesco Ammodio (componente)

al fine di concludere le attività di lettura analitica della documentazione tecnica in formato digitale, relativa alla procedura di gara in oggetto.

Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta e rende disponibile la Documentazione Tecnica di gara di ogni partecipante.

Ciò premesso si verbalizza l'operato della Commissione nelle precedenti sedute.

<b>sede/giorno/ora</b>	<b>Attività svolta</b>
Pesaro, c/o Studio Dott. Alberto Ciarmatori UOC Fisica Medica PO San Salvatore Muraglia 19/09/2017 9:00-11:00	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta, rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni partecipante.</p> <p>Il Presidente espone le regole di assegnazione dei punteggi secondo i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara, nei quali si esplicitano i Criteri di valutazione tecnici qualitativi con riferimento al regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e ai metodi di calcolo, di cui alle linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie.</p> <p>La commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica di gara dei vari concorrenti.</p> <p>Terminate le attività la documentazione relativa a ciascuna offerta tecnica viene presa in custodia dal Presidente della Commissione.</p> <p>La presente seduta viene sciolta alle ore 11:00.</p>

Pesaro, c/o Studio Dott. Alberto Ciarmatori UOC Fisica Medica PO San Salvatore Muraglia 21/09/2017 12:30-16:00	Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta, rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni. La commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica di gara dei vari concorrenti. Terminate le attività la documentazione relativa a ciascuna offerta tecnica viene presa in custodia dal Presidente della Commissione. La presente seduta viene sciolta alle ore 16:00.
--	--

Preso atto della documentazione tecnica presentata da ogni partecipante, la Commissione procede pertanto con l'attribuzione dei punteggi qualitativi.

Per una semplificazione dei lavori, i commissari vengono convenzionalmente indicati come rappresentato nella seguente tabella di corrispondenza:

Commissario 1	Dott. Alberto Ciarmatori
Commissario 2	Ing. Mauro Luciani
Commissario 3	Dott. Francesco Amoddio

Per ogni singolo parametro di valutazione ciascun commissario provvede alla compilazione manuale delle tabelle cartacee assegnate per il confronto a coppie.

Al termine le tabelle vengono riprodotte in un unico foglio excel. Ciascun commissario verifica la corrispondenza tra la compilazione manuale e quella elettronica e approva quest'ultima sottoscrivendone la stampa.

Tali fogli stampati e sottoscritti vengono allegati al presente verbale (allegato n. 1 quale sua parte integrante e sostanziale), mentre le tabelle compilate manualmente vengono eliminate.

Al termine di tale operazione la commissione, sempre tramite calcoli in fogli excel, provvede al calcolo dei coefficienti e alla compilazione della matrice per l'assegnazione dei punteggi tecnici secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (allegato n.2 al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale).

La commissione procede quindi alla compilazione del prospetto definitivo della valutazione delle offerte tecniche calcolando il Punteggio Tecnico Totale.

Terminate le attività, la documentazione relativa a ciascuna offerta tecnica viene riconsegnata al RUP.

La Commissione dà mandato al Presidente di trasmettere i verbali redatti e sottoscritti nell'ambito dei lavori di commissione di cui al presente procedimento al RUP.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

*Elenco allegati:*

*N.1 - Prospetti valutazione confronto a coppie: Commissario 1, Commissario 2, Commissario 3*

*N.2 - Prospetto finale valutazione tecnica.*


Redatto, letto e sottoscritto.

Pesaro, 22/09/2017



Presidente: Dott. Alberto Ciarmatori



Componente: Ing. Mauro Luciani



Componente: Dott. Francesco Ammodio



**ALLEGATO n.1****Prospetti valutazione confronto a coppie:  
Commissario 1, Commissario 2 e Commissario 3**

Per semplicità di lettura dei prospetti, si inseriscono le tabelle dei criteri con la relativa codifica:

Codice	Criteri di Valutazione tecnico qualitativi	PUNTI MAX
<b>A</b>	Caratteristiche Detettore digitale wireless	20,00
<b>B</b>	Ergonomia, funzionalità e praticità di utilizzo rispetto alla destinazione d'uso specifica	18,00
<b>C</b>	Caratteristiche console, software di gestione/visualizzazione/elaborazione immagini e connettività	17,00
<b>D</b>	Garanzia (ulteriore rispetto a 60 mesi), assistenza tecnica, formazione e supporto scientifico	15,00

Handwritten signatures and initials in black ink, including the letters 'AC' and a large stylized signature.

**COMMISSARIO 1**

Criterio A	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		1	1	1
BIESSE MEDICA	1		1	1
CARESTREAM	1	1		1
TECNOMEDICAL SrL	1	1	1	

Criterio B	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	0	1
BIESSE MEDICA	2		2	2
CARESTREAM	2	0		2
TECNOMEDICAL SrL	1	0	0	

Criterio C	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	0	2
BIESSE MEDICA	2		1	2
CARESTREAM	2	1		2
TECNOMEDICAL SrL	0	0	0	

Criterio D	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	3	2
BIESSE MEDICA	2		3	3
CARESTREAM	0	0		0
TECNOMEDICAL SrL	0	0	2	

**COMMISSARIO 2**

Criterio A	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		1	1	1
BIESSE MEDICA	1		1	1
CARESTREAM	1	1		1
TECNOMEDICAL SrL	1	1	1	

Criterio B	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	1	1
BIESSE MEDICA	2		2	2
CARESTREAM	1	0		1
TECNOMEDICAL SrL	1	0	1	

Criterio C	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	0	2
BIESSE MEDICA	2		1	2
CARESTREAM	2	1		2
TECNOMEDICAL SrL	0	0	0	

Criterio D	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	3	3
BIESSE MEDICA	2		3	3
CARESTREAM	0	0		1
TECNOMEDICAL SrL	0	0	1	

**COMMISSARIO 3**

Criterion A	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		1	1	1
BIESSE MEDICA	1		1	1
CARESTREAM	1	1		1
TECNOMEDICAL SrL	1	1	1	

Criterion B	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	0	1
BIESSE MEDICA	2		2	2
CARESTREAM	2	0		2
TECNOMEDICAL SrL	1	0	0	

Criterion C	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	0	1
BIESSE MEDICA	2		1	2
CARESTREAM	2	1		2
TECNOMEDICAL SrL	1	0	0	

Criterion D	ASSING SpA	BIESSE MEDICA	CARESTREAM	TECNOMEDICAL SrL
ASSING SpA		0	2	2
BIESSE MEDICA	2		3	3
CARESTREAM	0	0		1
TECNOMEDICAL SrL	0	0	1	



**ALLEGATO n.2**  
**Prospetto finale Valutazione Tecnica**

Per semplicità di lettura dei prospetti, si inseriscono le tabelle dei Commissari, dei criteri e delle Ditte con la relativa codifica:

Commissario 1	Dott. Alberto Ciarmatori
Commissario 2	Ing. Mauro Luciani
Commissario 3	Dott. Francesco Amoddio

Codice	Criteri di Valutazione tecnico qualitativi	PUNTI MAX
<b>A</b>	Caratteristiche Detettore digitale wireless	20,00
<b>B</b>	Ergonomia, funzionalità e praticità di utilizzo rispetto alla destinazione d'uso specifica.	18,00
<b>C</b>	Caratteristiche console, software di gestione/visualizzazione/elaborazione immagini e connettività	17,00
<b>D</b>	Garanzia (ulteriore rispetto a 60 mesi), assistenza tecnica, formazione e supporto scientifico	15,00
	<b>Punteggio Qualità TOTALE</b>	<b>70</b>

Codice	Ditta
A1	ASSING SPA
B1	BIESSE MEDICA S.R.L
C1	CARESTREAM HEALTH ITALIA.
D1	TECNOMEDICAL SRL

CONFRONTO A COPPIE PROSPETTO DETERMINAZIONE COEFFICIENTI CRITERI VALUTAZIONE				
Criterio A	A1	B1	C1	D1
Commissario 1	3	3	3	3
Commissario 2	3	3	3	3
Commissario 3	3	3	3	3
<i>Somme parziali</i>	9	9	9	9
<i>Coefficiente</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
Criterio B	A1	B1	C1	D1
Commissario 1	5	0	2	5
Commissario 2	4	0	4	4
Commissario 3	5	0	2	5
<i>Somme parziali</i>	14	0	8	14
<i>Coefficiente</i>	1,000	0,214	0,357	1,000
Criterio C	A1	B1	C1	D1
Commissario 1	4	1	1	6
Commissario 2	4	1	1	6
Commissario 3	5	1	1	5
<i>Somme parziali</i>	13	3	3	17
<i>Coefficiente</i>	0,765	0,176	0,176	1,000
Criterio D	A1	B1	C1	D1
Commissario 1	2	0	8	5
Commissario 2	2	0	7	7
Commissario 3	2	0	6	6
<i>Somme parziali</i>	6	0	21	18
<i>Coefficiente</i>	0,286	0,000	1,000	0,857

CONFRONTO A COPPIE	CRITERI	PESI	A1	B1	C1	D1
	A	20	20,000	20,000	20,000	20,000
	B	18	18,000	0,000	10,286	18,000
	C	11	13,000	3,000	3,000	17,000
	D	15	4,286	0,000	15,000	12,857

	PUNTEGGI	A1	B1	C1	D1
<b>PUNTEGGIO TECNICO</b>	<b>70</b>	<b>55,286</b>	<b>23,000</b>	<b>48,286</b>	<b>67,857</b>