

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli – 61121 Pesaro
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470


PROCEDURA APERTA

OGGETTO: *Procedura aperta per fornitura in service di un sistema diagnostico per l'esecuzione del dosaggio farmaci e test immunometrici vari occorrente al UOC Laboratorio di Patologia Clinica*

VERBALE

del 04/09/2018

(apertura offerta economica e aggiudicazione provvisoria)



Visti e richiamati i verbali del 04/09/2018;

Vista e richiamata la nota prot. 37713 del 04/09/2018 con la quale il RUP ha comunicato all'operatore economico ammesso che in data odierna, alle ore 09.15, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica provvederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche presentate

ciò premesso

il giorno 05/09/2018 alle ore 9:30 nei locali della UOC Approvvigionamenti di Beni e Servizi e Logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, P. le Cinelli, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Enzo Pazzaglia – Direttore della UOC Laboratorio Analisi (Presidente);
- Dr. De Biagi Massimo – Dirigente Biologo della UOC Laboratorio Analisi (componente);
- Ing. Claudia Catalano – Ingegnere Biomedico della UOC Ingegneria Clinica e HTA (componente);

E' presente alla seduta il delegato/procuratore dell'impresa partecipante ABBOTT srl.

Il Presidente, ai sensi di quanto previsto al punto 17.2 del disciplinare di gara, dà lettura del punteggio tecnico complessivo (provvisorio e riparametrati) attribuito all'offerta tecnica della ditta partecipante (come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice acclusi quale parte integrante e sostanziale al presente verbale – All.n1).

Nessuno dei presenti ha dichiarazioni da rendere a verbale.

Il Presidente invita i presenti a verificare l'integrità dei plichi contenenti la documentazione economica.

Riscontrata l'integrità dei plichi il Presidente procede all'apertura del plico ed all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche.

Provvede quindi a dare lettura degli importi complessivi.

Si procede quindi:


- 1) all'assegnazione del punteggio economico, sulla base della formula di cui al punto 17.5 del disciplinare di gara;
- 2) alla somma dei punteggi economici con i punteggi tecnici complessivi riparametrati;
- 3) all'individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria che risulta essere la società ABBOTT srl.

Nessuno dei presenti ha dichiarazioni da rendere a verbale.


Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

La presente seduta viene sciolta alle ore 10:00.


Dr. Enzo Pazzaglia



Dr.ssa De Biagi Massimo



Ing. Claudia Catalano



Allegati:

All1 – Verbale apertura offerte tecniche

All2 – Verbale_4settembre;

All3 - Prospetto riepilogativo punteggio tecnico ed economico


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli – 6121 Pesaro
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA APERTA

OGGETTO: *Procedura aperta per fornitura in service di un sistema diagnostico per l'esecuzione del dosaggio farmaci e test immunometrici vari occorrente al UOC Laboratorio di Patologia Clinica*

VERBALE
del 04/09/2018
(apertura documentazione tecnica)



Premesso che:

- (a) con Determina n° 440/DG del 26/07/2018 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara e dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Commissione giudicatrice così composta:
- Dr. Enzo Pazzaglia – Direttore della UOC Laboratorio Analisi (Presidente);
 - Dr. De Biagi Massimo – Dirigente Biologo della UOC Laboratorio Analisi (componente);
 - Ing. Claudia Catalano – Ingegnere Biomedico della UOC Ingegneria Clinica (componente);
- (b) con nota prot. 35671/Prov. del 16/08/2018 il RUP ha comunicato agli operatori economici ammessi che in data 04/09/2018 alle ore 9.30, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, provvederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica presentata;

Ciò premesso

il giorno 04/09/2018 alle ore 9:30 nei locali della UOC Approvvigionamenti di Beni e Servizi e Logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, P.le Cinelli, si è riunita la Commissione Giudicatrice composta come sopra indicato.

E' presente alla seduta il delegato/procuratore dell'impresa partecipante ABBOTT srl.

Il RUP consegna al Presidente i plichi sigillati contenenti l'offerta tecnica presentata dalla ditta partecipante.

Il Presidente invita i presenti a verificare l'integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica.

Riscontrata l'integrità dei plichi il Presidente procede all'apertura degli stessi.

La Commissione provvede, quindi, alla verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico relativa all'offerta presentata dall'operatore economico partecipante.

Il Presidente dà atto che la ditta partecipante ha presentato tutta la documentazione tecnica richiesta dalla documentazione di gara.

La Commissione giudicatrice procederà successivamente ed, in seduta riservata, all'esame dei contenuti dei documenti presentati ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica con le modalità e secondo i criteri dettagliatamente indicati nella documentazione di gara.

La documentazione tecnica rimane disponibile per la commissione per la seduta riservata che verrà avviata a seguito della chiusura della seduta pubblica.


Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

La presente seduta viene sciolta alle ore 10.00.

Dr. Enzo Pazzaglia

Dr.ssa De Biagi Massimo

Ing. Claudia Catalano



Pesaro, li 04/09/2018

Si precisa che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 il presente verbale verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedalimarchenord.it

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli - 6121 Pesaro
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura in service di un sistema diagnostico per l'esecuzione del dosaggio farmaci e test immunometrici vari occorrente al UOC Laboratorio di Patologia Clinica

VERBALE
del 04/09/2018



Visto e richiamato il verbale di apertura delle offerte tecniche del 04/09/2018;

ciò premesso

il giorno 04/09/2018 alle ore 10:00 nei locali della UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, Viale Trieste 391, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Enzo Pazzaglia (Presidente);
- Dr. Massimo De Biagi (componente);
- Ing. Claudia Catalano (componente);

il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta di valutazione delle offerte tecniche.

Dalla verifica della documentazione tecnica della ditta offerente, si evince la rispondenza a tutti i requisiti di minima.

Si procede quindi all'assegnazione dei coefficienti delle prestazioni Vi per i requisiti preferenziali.

La Commissione procede quindi:

- al calcolo dei punteggi PPI per singolo sub-criterio moltiplicando i coefficienti Vi per i relativi pesi PSi,
- alla riparametrazione di tali punteggi con il calcolo del PRi,
- al calcolo del punteggio totale provvisorio PTP e riparametrato PTR

riportando i calcoli ottenuti nel prospetto complessivo dei punteggi che viene sottoscritto da tutti i commissari ed allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

Il punteggio definitivo riparametrato della ditta ABBOTT S.r.l. risulta essere pari a 70.

La seduta viene sciolta alle ore 12,20.


La documentazione tecnica rimarrà custodita in armadio blindato presso la UOC Approvvigionamenti di beni e servizi e logistica e la chiave verrà custodita dal Presidente della Commissione.


Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.


Dr. Enzo Pazzaglia

Dr. Massimo De Biagi

Ing. Claudia Catalano







Pesaro, li 04/09/2018

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli - 6121 Pesaro
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: *Procedura aperta per fornitura in service di un sistema diagnostico per l'esecuzione del dosaggio farmaci e test immunometrici vari occorrente al UOC Laboratorio di Patologia Clinica*

VERBALE
del 04/09/2018

Dr. e A.

Allegato 1

ID (CPI)	PARAMETRO (Pi)	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di)	Pesi	Vi	PPi	PRi
1.5-CP1	CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI	Sistemi diagnostici con metodica in chemiluminescenza	5	1	5	5
1.5-CP2	CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI	Produttività della strumentazione	5	1	5	5
1.5-CP3	CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI	Estrazione da sangue intero dell'analita per dosaggio immunosoppressori	3	1	3	3
1.5-CP4	CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI	Dispensazione dei campioni con carry-over minimo	4	1	4	4
1.5-CP5	CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI	Tempo necessario dallo stato di stand-by al pronto all'uso	3	1	3	3
1.5-CP6	GESTIONE E SEMPLICITÀ D'USO	Pretrattamento automatizzato dei campioni per dosaggio immunosoppressori	4	0	0	0
1.5-CP7	GESTIONE E SEMPLICITÀ D'USO	Possibilità di utilizzo contemporaneo di varie tipologie di provette (primarie, pediatriche e/o aliquote, calibratori e controlli) utilizzando una sola tipologia di rack	5	1	5	5
1.5-CP8	GESTIONE E SEMPLICITÀ D'USO	Caricamento campioni in modalità STAT senza interruzione della routine	2	1	2	2

1.5-CP9	GESTIONE E SEMPLICITA' D'USO	Tempo necessario per le operazioni di manutenzione giornaliera, settimanali e mensili a carico dell'operatore (elencare in dettaglio)	2	1	2	2
1.5-CP10	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Caricamento in continuo dei reagenti	2	1	2	2
1.5-CP11	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Reagenti utilizzabili senza necessità di ricostituzione	2	1	2	2
1.5-CP12	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Numero dei reagenti offerti validati CE IVD sulle tecnologie offerte	2	1	2	2
1.5-CP13	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Stabilità on-board dei reagenti, senza necessità di intervento dell'operatore	3	1	3	3
1.5-CP14	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Stabilità della calibrazione	3	1	3	3
1.5-CP15	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Sensibilità funzionale del reagente nel dosaggio di CICLOSPORINA (documentare)	2	1	2	2
1.5-CP16	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Range dinamico di misurazione del reagente per CICLOSPORINA (documentare)	2	1	2	2
1.5-CP17	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Precisione totale nei valori bassi del range terapeutico per CICLOSPORINA (documentare)	2	1	2	2
1.5-CP18	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Sensibilità funzionale del reagente nel dosaggio di TACROLIMUS (documentare)	2	1	2	2
1.5-CP19	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Range dinamico di misurazione del reagente per TACROLIMUS (documentare)	2	1	2	2



1.5-CP20	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Precisione totale nei valori bassi del range terapeutico per TACROLIMUS (documentare)	2	1	2	2
1.5-CP21	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Controlli di qualità utilizzabili senza necessità di ricostituzione	2	1	2	2
1.5-CP22	REAGENTI, KIT, MATERIALE DI CONSUMO	Possibilità di eseguire i test opzionali	6	1	6	6
1.5-CP23	ASSISTENZA TECNICA	Caratteristiche dell'assistenza tecnica relativamente a tempi di risposta, tempi di risoluzione, copertura del servizio, eventuali ulteriori proposte migliorative. Verranno valutate anche informazioni riportate in Allegato 4 – Scheda Assistenza Tecnica	5	1	5	5
					PTP	66
					PTR	70

Dr. Enzo Pazzaglia

Dr. Massimo De Biagi

Ing. Claudia Catalano

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli – 61121 Pesaro
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA APERTA

OGGETTO: *Procedura aperta per fornitura in service di un sistema diagnostico per l'esecuzione del dosaggio farmaci e test immunometrici vari occorrente al UOC Laboratorio di Patologia Clinica*

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE:

Criteri di aggiudicazione	$C_{(i)} = 70 * Q_{(i)} + 30 * P_{(i)}$
----------------------------------	-----------------------------------------

FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREZZO (punto 17.5 del disciplinare di gara)

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

 V_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1; R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo rispetto alla base d'asta; R_{max} = massimo ribasso rispetto alla base d'asta

$\alpha = 0,2$

Importo a base d'asta	€ 180.000,00					
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	Prezzo offerto complessivo	Ri	Vi	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
ABBOTT	70,00	€ 151.750,00	15,69	1,00	30,00	100,00

	Importo a base d'asta IVA esclusa (60 mesi)	Prezzo offerto IVA esclusa (60 mesi)
TEST OPZIONALI	€ 19.000,00	€ 18.750,00
Importo reagenti complessivo (60 mesi)		€ 115.250,00
INCREMENTO 20% reagenti	€ 27.000,00	€ 23.050,00
Canone fisso complessivo (60 mesi)		€ 36.500,00
% Canone fisso su offerta complessiva	20%-30%	24

Dr. Enzo Pazzaglia

Dr.ssa De Biagi Massimo

Ing. Claudia Catalano

Pesaro, li 05/09/2018

