

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli – 61121 Pesaro
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA APERTA

Id. P. 243/17/DS

OGGETTO: Procedura negoziata per l'acquisizione di un sistema di monitoraggio e registrazione del dato dosimetrico

VERBALE
del 20/10/2017
(apertura documentazione tecnica)

Premesso che:

- con determina n. 731 del 16/10/2017 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi di quanto previsto dalla lettera di invito e dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice così composta:
 - ✓ Dr. Paolo Coschiera - Direttore UOC Diagnostica per Immagini (Presidente);
 - ✓ Dr.ssa Eleonora Belligotti - Fisico della UOC Fisica Medica (componente);
 - ✓ P.I. Alessandro Savini - Programmatore informatico della UOC Ingegneria Clinica (componente);
- Il punto 11 della lettera di invito dispone che la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, provveda all'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica presentata

ciò premesso

il giorno 20/10/2017 alle ore 10.00 nei locali della UOC Radioterapia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", Presidio di Muraglia - Pesaro, si è riunita la Commissione Giudicatrice composta come sopra indicato.

Sono presenti alla seduta i delegati/procuratori delle imprese partecipanti indicati nel prospetto allegato (all. n°1); sono altresì presenti il dott. Pietro Pio Pignatelli e la dott.ssa Lucilla Venturi, collaboratori amm.vi della UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, con funzione di supporto amministrativo.

Il Presidente invita i presenti alla seduta a verificare l'integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica. Riscontrata l'integrità dei plichi, si procede all'apertura degli stessi.

La Commissione provvede, quindi, alla verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta dal capitolato tecnico in relazione a ciascuna offerta presentata dagli operatori economici partecipanti.

In esito alla attività di cui sopra la Commissione riscontra quanto dettagliatamente indicato nel prospetto allegato al presente verbale (all. n. 2)

In riferimento alla offerta tecnica presentata dalla società Tema Sinergie, la Commissione Giudicatrice evidenzia la mancata presenza in formato cartaceo della seguente documentazione come specificatamente richiesto dall'art 7 della lettera di invito:

- Manuale d'uso in lingua italiana;
- Dicom Conformance Statement

Purtuttavia, la Commissione, ritenuta comunque idonea l'acquisizione della documentazione tecnica in formato elettronico, dà atto che tutte le ditte partecipanti hanno presentato la documentazione tecnica richiesta. La Commissione giudicatrice procederà successivamente ed, in seduta riservata, all'esame dei contenuti dei documenti presentati ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica con le modalità e secondo i criteri dettagliatamente indicati nella documentazione di gara.

La documentazione tecnica verrà custodita in armadio chiuso a chiave presso la UOC Fisica Medica.

La chiave verrà custodita dal Presidente della Commissione.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

La presente seduta viene sciolta alle ore 11.30.

Dr. Paolo Coschiera

Dr.ssa Eleonora Belligotti

P.I. Alessandro Savini

Allegati:

- All. n. 1 elenco rappresentanti ditte presenti alla seduta.
- All. n. 2 prospetto verifica documentazione tecnica.



All. n. 1

Procedura negoziata per l'acquisizione di un sistema di monitoraggio e registrazione del dato dosimetrico.

Elenco partecipanti seduta del 20/10/2017

Nome e Cognome	Ditta	Delega (D) / Procura (P)	Firma (leggibile)
FABIO FRANCESCO GRAZIOSI	BAJER		
SERANTONY SAMÀ	NEW TECH SRL (BAJER)		
FRANCESCO DUBBINI	TECNOLOGIE AVANZATE		
GIANCARLO RESERBANO	GE		
MARIA ELENA DEL FERRO	GUERBET		



n	Allegato n. 2 al verbale del 20/10/2017 - Verifica documentazione tecnica	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	EMME ESSE M.S. SRL A SOCIO UNICO	GUERBET	TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL	BAYER SPA	TEMA SINERGIE
	Documento richiesto da capitolato tecnico						
1	Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 10 pagine)	X	X	X	X	X	X
2	Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica	X	X	X	X	X	X
3	Manuale d'uso in lingua italiana (in formato elettronico)	X	X	X	X	X	SOLO SU DVD
4	Dicom Conformance Statement (se applicabile)	X	X	X	X	X	SOLO SU DVD
5	Questionario Specifiche Tecniche - (file: "Allegato 1 - Questionario tecnico Sistema per il monitoraggio e la registrazione del dato dosimetrico")	X	X	X	X	X	X
6	Scheda_ICHTA3.xls	X	X	X	X	X	X
7	Certificato conformità richiesta	X	X	X	X	X	X
8	Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (DM 20/02/2007, DM 21/12/2009, DM 23/12/2013) mediante compilazione della pagina 6 del questionario tecnico	X	X	X	X	X	X
9	Offerta economica senza prezzi (dettaglio dell'offerta tecnica contenente descrizione di tutti i prodotti offerti e dei relativi codici, inclusi accessori)	X	X	X	X	X	X

